

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ _____ տրված՝ _____ 20__թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ _____

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

NN ը/կ	Հարց	Պատասխան
1.	Տնտեսավարող սուբյեկտի տվյալները (անվանումը, պետական գրանցման համարը, ամսաթիվը, վկայականի սերիան և համարը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, ղեկավարի անուն, ազգանուն, հայրանուն)	
2.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայր և կոնտակտային տվյալները	
3.	Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող մասնաճյուղերը և գտնվելու վայրը	
4.	Տնտեսավարող սուբյեկտի լիցենզիայի տեսակները	
5.	Տնտեսավարող սուբյեկտի աշխատողների թիվը	
6.	Հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստման ենթակա անձանց թիվը և պատվաստվածների թիվը	
7.	Կազմակերպություն դիմած անձանց թիվը	
8.	Տնտեսավարող սուբյեկտում անցկացված վերջին ստուգման ավարտի ամսաթիվը	

ՀԱՐՑԱՇԱԲ

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից բժշկական կազմակերպություններում բժշկական նշանակության արտադրատեսակների մաքրմանը, ախտահանմանը, նախամանրէազերծմանը և մանրէազերծմանը ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների

NN ը/կ	Հարցեր	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	Այո	Ոչ	Չ/Պ	Կշիռ	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանություն
1.	Բժշկական կազմակերպության ղեկավարի հրամանով նշանակված է բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման գործընթացի հսկողության պատասխանատու:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 22				3.0	Փաստաթղթային	
2.	Պատասխանատուն տարին մեկ անգամ և ըստ անհրաժեշտության բժշկական կազմակերպության ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում գործողությունների պլան, որը ներառում է.	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 24						
2.1.	կազմակերպության ստորաբաժանումներում բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման գործընթացում ներգրավված բուժանձնակազմի անվանացանկը,					1.0	Փաստաթղթային	

2.2.	կազմակերպության ստորաբաժանումներում բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման, մանրէազերծման իրականացումը՝ ելնելով դրանց վտանգավորության աստիճանից,					2.0	Փաստաթղթային	
2.3.	վարակի հսկողության ծրագրից բխող միջոցառումներ (բուժանձնակազմի կրթում, վարակի հսկողության կազմակերպում, կլինիկա-համաճարակաբանական խորհրդատվություն, բժշկական թափոնների գործածության նկատմամբ հսկողություն)					2.0	Փաստաթղթային	
3.	Բժշկական կազմակերպության բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման գործընթացի հսկողության պատասխանատուն.	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 25						
3.1.	կիսամյակը մեկ անգամ և ըստ անհրաժեշտության մաքրման, ախտահանման, մանրէազերծման աշխատանքների վերաբերյալ կազմակերպում և իրականացնում է խորհրդակցություններ՝ համապատասխան բուժանձնակազմի հետ, որոնք արձանագրվում են, մասնակիցներն ստորագրում են՝ վիստեղով իրենց մասնակցության մասին,					2.0	Փաստաթղթային	

3.2.	<p>մշակում և բժշկական կազմակերպության ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման գործընթացների՝ ներառյալ կիրառվող քիմիական նյութերի և սարքերի օգտագործման գործընթացը քայլ առ քայլ նկարագրող գործունեության ստանդարտ ընթացակարգեր՝ համաձայն արտադրողի կողմից ներկայացված ուղեցույցների պահանջների և սահմանում է հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ,</p>					2.0	Փաստաթղթային	
3.3.	<p>ընդունվող աշխատակիցներին հրահանգավորում է ոլորտում առկա իրավական ակտերի պահանջների, անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառման, քիմիական կամ կենսաբանական ազդակի ենթարկման դեպքը գրանցելու և հայտնելու կարգի վերաբերյալ, տեղեկատվություն է տրամադրում բոլոր այն կենսաբանական և քիմիական ազդակների մասին, որոնց ազդեցությանը կարող է ենթարկվել բժշկական միջամտություն իրականացնելիս, հրահանգավորման գործընթացն արձանագրվում է, մասնակիցներն ստորագրում են՝ վստահելով իրենց իրազեկման մասին,</p>					2.0	Փաստաթղթային	

3.4.	հաշվառում և գրանցում է կազմակերպության աշխատակիցների շրջանում աշխատանքային գործունեության ընթացքում արձանագրված պատահական ծակոցները, կենսաբանական կամ քիմիական ազդակների վտանգավոր ազդեցության ենթարկվելու դեպքերը, սահմանում է հսկողություն ախտահանող միջոցների հետ աշխատելիս և միջամտություններ իրականացնելիս անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ:				2.0	Փաստաթղթային	
4.	Վիրուսային հեպատիտ Բ-ի վերաբերյալ հետազոտվող անձնակազմը պատվաստվում է վիրուսային հեպատիտ Բ-ի դեմ:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 21			3.0	Փաստաթղթային	
5.	Բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման բոլոր փուլերում, ինչպես նաև բուժանձնակազմի ձեռքերի ախտահանման համար կիրառվող միջոցները և նյութերն օգտագործվում են դրանց կից մեթոդական ուղեցույցի պահանջների համաձայն՝ հաստատված ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 19			3.0	Փաստաթղթային	
6.	Ախտահանիչ նյութերով աշխատանքի հիմնական պահանջները.	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 33					

6.1.	օգտագործվում են միայն բժշկական կազմակերպության կողմից ձեռք բերված ախտահանիչ նյութեր, որոնք հսկվում են պատասխանատուի կողմից,					2.0	Փաստաթղթային	
6.2.	ախտահանիչ միջոցի աշխատանքային լուծույթը պատրաստվում է բաժանմունքի պատասխանատուի կողմից,					2.0	Դիտողական	
6.3.	աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար օգտագործվում է մաքուր, չոր, կափարիչով ամուր փակվող տարա՝ պահպանելով աշխատանքային լուծույթի խտությունը,					2.0	Դիտողական Լաբորատոր	
6.4.	աշխատանքային լուծույթ պատրաստելիս լուծվում է ախտահանիչ միջոցը ջրի համապատասխան քանակի մեջ՝ այն ավելացնելով ջրին:					2.0	Դիտողական Հարցում	
7.	Արյունով և/կամ այլ կենսաբանական հեղուկներով աղտոտված բժշկական արտադրատեսակներն օգտագործումից անմիջապես հետո ենթարկվում են մաքրման, որն իրականացվում է լվացող հեղուկի կամ ֆերմենտային նյութերի միջոցով՝ դրանց կից հրահանգներին համաձայն՝ խստորեն պահպանելով խտությունը, պահաժամը և ջերմաստիճանը, պիտանելիության ժամկետը:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 26				3.0	Դիտողական Փաստաթղթային Հարցում	
8.	Բժշկական արտադրատեսակների լվացման համար օգտագործվող իրերը պահվում են ախտահանելուց հետո չոր վիճակում՝ մակնշված տարայի մեջ:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 34				2.0	Դիտողական	

9.	Բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման վերաբերյալ կատարվում են գրանցումներ համապատասխան գրանցամատյանում: Նշում 1*	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 27				2.0	Փաստաթղթային	
10.	Բարձր մակարդակի ախտահանումից հետո բժշկական արտադրատեսակները լվացվում են մանրէազերծ ջրով կրկնակի, այնուհետև չորացվում մանրէազերծ սավանով:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 32				3.0	Դիտողական Լաբորատոր Հարցում	
11.	Բարձր մակարդակի ախտահանված և մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակներն ընդհանուր բժշկական արտադրատեսակների խմբից յուրաքանչյուր անգամ վերցվում են միայն մանրէազերծ ունեղի կամ կորրնցանցի օգնությամբ:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 18				3.0	Դիտողական Հարցում	
12.	Մաքրող, ախտահանող միջոցները և նախամանրէազերծման համար օգտագործվող լուծույթները պահպանվում են հերմետիկ փակվող, առանց վնասվածքների տարաներում օգտագործվող միջոցին կից հրահանգում նշված պայմաններում:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 36				2.0	Դիտողական	
13.	Մաքրող, ախտահանող, նախամանրէազերծող և մանրէազերծող միջոցների աշխատանքային լուծույթների համար նախատեսված տարաները մակնշված են՝ միջոցի անվանման, խտության, նշանակության, պատրաստման ամսաթվի, պիտանելիության ժամկետի վերաբերյալ:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 37				2.0	Դիտողական	

14.	Բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման և նախամանրէագերծման, ինչպես նաև քիմիական մեթոդով մանրէագերծման համար նախատեսված տարաների ծավալը և լուծույթի ծավալն ապահովում են դրանց լրիվ ընկղմումը լուծույթի մեջ՝ պահպանելով բժշկական արտադրատեսակների վրա լուծույթի շերտի առնվազն 1 սմ հաստություն:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 38				2.0	Դիտողական	
15.	Բժշկական արտադրատեսակներն ընկղմվում են քանդված և առանձնացված վիճակում, իսկ փակվող մասերը՝ բաց վիճակում:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 38				2.0	Դիտողական	
16.	Բժշկական կազմակերպությունում օգտագործվում են միայն առանց կառուցվածքային վնասվածքների, կոռոզիայի հետքերի բժշկական արտադրատեսակներ:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 35				2.0	Դիտողական	
17.	Ախտահանումից հետո իրականացվում է բժշկական արտադրատեսակների նախամանրէագերծում կամ այն համատեղվում է ախտահանման հետ մեկ գործընթացում:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 39				2.0	Դիտողական Փաստաթղթային	
18.	Բժշկական արտադրատեսակների նախամանրէագերծման որակը գնահատվում է քիմիական զգայորոշիչների (ինդիկատորներ) միջոցով՝ արյան հետքերի, լվացող հեղուկում եղած հիմնային բաղադրամասերի (միայն այն դեպքում, երբ կիրառվող միջոցի աշխատանքային լուծույթի pH-ը 8,5-ից բարձր չէ) առկայության որոշման համար՝ համաձայն կիրառվող միջոցների ուղեկցող հրահանգների:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 40				3.0	Փաստաթղթային	

19.	Ախտահանման, նախամանրէագերծման որակի ստուգիչ փորձն իրականացվում է ամեն օր՝ յուրաքանչյուր գործընթացի ընթացքում միաժամանակ մշակված բժշկական արտադրատեսակների 10%-ի, բայց երեքից ոչ պակասի նկատմամբ:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 41				2.0	Փաստաթղթային	
20.	Նախամանրէագերծման մշակման որակի հսկողության արդյունքների գրանցումներն իրականացվում են համապատասխան գրանցամատյանում: Նշում 2*	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 42				2.0	Փաստաթղթային	
21.	Արյան հետքերի հայտնաբերման դեպքում (դրական փորձ), մշակման ենթարկված բժշկական արտադրատեսակների ողջ քանակը կրկնակի մշակվում է՝ սկսած մաքրման փուլից՝ մինչև բացասական արդյունքը:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 43				2.0	Փաստաթղթային Հարցում	
22.	Լվացող միջոցի հետքերի հայտնաբերման դեպքում (դրական փորձ) մշակման ենթարկված բժշկական արտադրատեսակների ողջ քանակը լվացվում է հոսող ջրով՝ մինչև բացասական արդյունքը:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 44				1.0	Փաստաթղթային Հարցում	
23.	Բժշկական արտադրատեսակների մաքրումը, ախտահանումը և նախամանրէագերծումը կատարվում են անմիջապես օգտագործումից հետո՝ բաժանմունքներում, իսկ մանրէագերծումը՝ կենտրոնական մանրէագերծման բաժանմունքում:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 46				2.0	Դիտողական	

24.	Կենտրոնական մանրէագերծման բաժանմունքի բացակայության դեպքում, մշակման բոլոր փուլերն իրականացվում են բաժանմունքների առանձին սենքերում՝ բացառելով մանրէագերծ և կեղտոտ բժշկական արտադրատեսակների շփումը՝ ապահովելով բժշկական արտադրատեսակների լվացման համար առանձին մակնշված տարաներ:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 47				3.0	Դիտողական	
25.	Կենտրոնական մանրէագերծման բաժնի սենքերը բաժանված են 3 գոտու՝ կեղտոտ, մաքուր և մանրէագերծ:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 49				3.0	Դիտողական	
26.	Կեղտոտ գոտին բաղկացած է բժշկական արտադրատեսակների ընդունման և լվացման սենքերից:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 49				3.0	Դիտողական	
27.	Մաքուր գոտին բաղկացած է փաթեթավորման, լրակազմման (կոնսյլեկտավորման) և մանրէագերծիչների բեռնման սենքերից:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 49				3.0	Դիտողական	
28.	Մանրէագերծ գոտին բաղկացած է մանրէագերծ նյութերի պահպանման և առաքման սենքերից:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 49				3.0	Դիտողական	
29.	Մանրէագերծ գոտու տարածքի կամ բաժանմունքների մանրէագերծման սենքերի օդն ախտահանվում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով (մանրէասպան լամպով):	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 49				3.0	Դիտողական	

30.	Կենտրոնական մանրէագերծման բաժնի սենքերի պատերը, կահավորման մակերեսները հարթ և ամբողջական են, ջրակայուն, լվացվող և ախտահանվող ծածկով, առանց քիվերի և զարդարանքների:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 50				3.0	Դիտողական	
31.	Կենտրոնական մանրէագերծման բաժնին ապահովված է՝	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 50						
31.1.	բնական օդափոխությամբ կամ ներհուարտաձիգ օդափոխության համակարգով,					3.0	Դիտողական	
31.2.	երկտեղանի լվացարաններով, որոնք ունեն արմնկային, դաստակային կամ ոտնակային կառավարմամբ կամ զգայական (սենսոր) կառավարմամբ ծորակներ:					3.0	Դիտողական	
32.	Բժշկական արտադրատեսակների մաքրման, ախտահանման, նախամանրէագերծման և մանրէագերծման գործընթացում ներգրավված բուժանձնակազմն աշխատանքի ընթացքում կրում է հատուկ պաշտպանիչ արտահագուստ՝ ձեռնոց, դիմակ, բժշկական գլխարկ, ակնոց և խավաթ:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 51				2.0	Դիտողական	
33.	Բժշկական արտադրատեսակների մանրէագերծման գործընթացն իրականացնելու նպատակով բաժանմունքում առանձնացված սենքի համար պահպանվում են այն բոլոր պահանջները, որոնք ներկայացված են կենտրոնական մանրէագերծման սենքին:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 52				3.0	Դիտողական	

34.	Բոլոր այն սենքերում, որոնք համարվում են մաքուր գոտի պահպանվում են օդի աղտոտվածության թույլատրելի մակարդակները՝ մանրէների ընդհանուր քանակը 1մ ³ օդում ոչ ավելի 500 մինչև աշխատանքների սկիզբը, ոչ ավելի 750 աշխատանքի ընթացքում, ոսկեգույն ստաֆիլակոկի գաղությաների, խմորասնկերի և բորբոսասնկերի քանակը 1մ ³ օդում՝ 0:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 53				3.0	Փաստաթղթային Լաբորատոր	
35.	Ֆիզիկական կամ քիմիական մեթոդներով մանրէազերծման նպատակով օգտագործվում են ստուգաչափված սարքեր և սարքավորումներ՝ տվյալ մոդելին կից շահագործման ուղեցույցին համապատասխան:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 54				3.0	Փաստաթղթային	
36.	Բժշկական արտադրատեսակների գոյորշային մանրէազերծումն իրականացվում է.	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 60						
36.1.	մանրէազերծման տուփերի մեջ առանց փաթեթավորման,					2.0	Դիտողական	
36.2.	մանրէազերծման տուփերի մեջ փաթեթավորված:					2.0	Դիտողական	
37.	Բժշկական արտադրատեսակների գոյորշային մեթոդով մանրէազերծում իրականացնելիս՝	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 65						

37.1.	բժշկական արտադրատեսակներն ազատ դասավորվում են մանրէագերծող սարքի խցիկում և մանրէագերծման տուփերում, պարկերում և փաթեթներում, որոնք բեռնվում են ոչ խիտ, քան մանրէագերծող սարքի խցիկի կամ մանրէագերծման տուփի ծավալի 70%-ը կամ երկու երրորդը (2/3-ը),					2.0	Դիտողական Հարցում	
37.2.	մանրէագերծման տուփի վրա նշվում են բաժանմունքը, մանրէագերծվող բժշկական արտադրատեսակների տեսակը,					2.0	Դիտողական	
37.3.	Նախքան մանրէագերծումը մանրէագերծման տուփը գոտևորող մետաղական գոտին բացվում է,					2.0	Դիտողական Հարցում	
37.4.	մանրէագերծման ավարտից հետո, նախքան մանրէագերծող սարքից հանելը, տուփը գոտևորող մետաղական գոտին փակվում է, տուփի վրա նշվում են ամսաթիվը, վերջնաժամկետը և մանրէագերծումը կատարող բուժքրոջ ստորագրությունը,					2.0	Դիտողական Հարցում	
37.5.	մանրէագերծող սարքից մանրէագերծ տուփերը հանելուց հետո սառելու ողջ ընթացքում ծածկվում են մանրէագերծ սալանով,					2.0	Դիտողական Հարցում	
37.6.	գոլորշային մանրէագերծումն իրականացնում է համապատասխան ուսուցում անցած և մանրէագերծիչ սարքի հետ աշխատանքի թույլտվություն ունեցող բուժաշխատողը:					2.0	Փաստաթղթային	

38.	Գոլորշիով մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակները պահպանվում են՝	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 66						
38.1.	ցանկացած տեսակի մանրէազերծման տուփում, այն բացելուց հետո՝ մինչև 24 ժամ,					3.0	Դիտողական Հարցում	
38.2.	չբացված առանց ֆիլտրի մանրէազերծման տուփում՝ 72 ժամ,					3.0	Դիտողական Հարցում	
38.3.	չբացված ֆիլտր ունեցող մանրէազերծման տուփում՝ 21 օր,					3.0	Դիտողական Հարցում	
38.4.	առանց փաթեթավորման մանրէազերծման տուփում մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակները՝ մանրէազերծ սեղանի վրա՝ 6 ժամ					3.0	Դիտողական Հարցում	
39.	Մանրէազերծ սեղանը պատրաստելուց անմիջապես հետո նշվում են պատրաստման ամիսը, ամսաթիվը, ժամը,	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 66				3.0	Դիտողական	
40.	Ցանկացած տեսակի մանրէազերծման տուփը բացելուց հետո նշվում են բացելու ամիսը, ամսաթիվը, ժամը:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 66				3.0	Դիտողական	
41.	Գոլորշային մեթոդով մանրէազերծման սարքերի աշխատանքային ռեժիմի գրանցումներն իրականացվում են համապատասխան մատչանում: Նշում 3*	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 64				3.0	Փաստաթղթային	
42.	Օդային մանրէազերծող սարքերում բժշկական արտադրատեսակները բեռնելիս՝	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի						

		սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 72						
42.1.	մանրէագերծման խցում մետաղական ցանցի վրա դասավորվում են մեկ շերտով, առանց իրար հպվելու, բացվող գործիքները բացված վիճակում,					3.0	Դիտողական Հարցում	
42.2.	խոշոր բժշկական արտադրատեսակները տեղադրվում են մանրէագերծող սարքի խցիկի վերին դարակում, որպեսզի չխոչընդոտեն դեպի վեր տաք օդի հոսքին:					3.0	Դիտողական Հարցում	
43.	Նախքան օդային մանրէագերծումն սկսելը, բժշկական արտադրատեսակները չորացվում են՝ դասավորվում մանրէագերծված սավանի վրա՝ մինչև տեսանելի խոնավության վերանալը:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 73				2.0	Դիտողական Հարցում	
44.	Կրաֆթ թղթով փաթեթավորված բժշկական արտադրատեսակների փաթեթի վրա նշվում են մանրէագերծման ամսաթիվը և մանրէագերծում կատարած բուժքրոջ ստորագրությունը:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 70				2.0	Դիտողական	
45.	Չոր օդով մանրէագերծման սարքերի աշխատանքային ռեժիմի գրանցումներն իրականացվում են համապատասխան գրանցամատյանում: Նշում 4*	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 76				3.0	Փաստաթղթային	
46.	Գլասպերլենային մանրէագերծման համար չոր փաթեթավորված բժշկական արտադրատեսակներն ամբողջությամբ տեղադրվում են շիկացած ապակյա գնդիկներով լցված խցիկի մեջ՝ առնվազն 15 մմ խորությամբ, 20-180 վայրկյան տևողությամբ: Մանրէագերծման տևողությունն ընտրվում է տվյալ սարքի կիրառման հրահանգի համաձայն:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 79				3.0	Դիտողական Հարցում Փաստաթղթային Լաբորատոր	

47.	Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծում իրականացնելիս՝	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 82						
47.1.	մանրէազերծող նյութի մնացորդները բժշկական արտադրատեսակների վրայից լվացվում են առատ մանրէազերծ ջրով՝ ասեպտիկ պայմաններում,					3.0	Դիտողական Հարցում	
47.2.	քիմիական նյութերի լուծույթներում մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակները լվացվում են մանրէազերծ ջրով և անմիջապես օգտագործվում կամ դասավորվում են մանրէազերծ սեղանի վրա կամ տեղադրվում են մանրէազերծ տուփերում (բիքսերում) մանրէազերծ սալանով կամ թանգիֆե անձեռոցիկով փաթաթված՝ պահպանելով տվյալ տեսակի բիքսի պահպանմանը ներկայացվող պահանջները՝ կից հրահանգի համաձայն,					3.0	Փաստաթղթային Լաբորատոր	
47.3.	քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծումը կատարվում է հերմետիկ փակվող ապակյա, մետաղյա, ջերմակայուն պլաստմասսայե, արծնապատ (առանց վնասման) տարողություններում,					2.0	Դիտողական	

47.4.	քիմիական նյութերի լուծույթներով բժշկական արտադրատեսակներն մանրէագերծման են ենթարկվում չոր վիճակում պահպանելով տվյալ նյութի կից հրահանգով պահանջվող մանրէագերծման պահաժամը,					2.0	Դիտողական	
47.5.	քիմիական մանրէագերծման աշխատանքներն իրականացվում են ներհու-արտաձիգ օդափոխությամբ կամ լավ օդափոխվող տարածքում պահպանելով անվտանգության կանոնները,					2.0	Դիտողական	
47.6.	մանրէագերծող քիմիական նյութի աշխատանքային լուծույթը պատրաստվում է նյութին կից հրահանգին համապատասխան:					2.0	Դիտողական Փաստաթղթային	
48.	Բժշկական արտադրատեսակների բոլոր խոռոչներն ու խողովակները լցվում են աշխատանքային լուծույթով և մանրէագերծման ողջ ընթացքում գործիքի վրա ապահովվում է 1 սմ-ից ոչ պակաս լուծույթի շերտի հաստությունը:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 83				2.0	Դիտողական Հարցում	
49.	Էնդոսկոպները (ներդիտակները) լվանալուց հետո չորացվում են 70% սպիրտով կամ օդի շիթով:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 83				3.0	Դիտողական Հարցում	
50.	Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէագերծված էնդոսկոպները պահվում են մանրէագերծ պայմաններում՝ հետևելով արտադրողի կողմից ներկայացված շահագործման հրահանգի պահանջներին:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 86				2.0	Դիտողական Լաբորատոր	

51.	Բժշկական արտադրատեսակների լուծույթից հանելու, մանրէազերծ ջրով լվանալու և չորացնելու ողջ ընթացքում բուժանձնակազմն օգտագործում է անհատական պաշտպանության միջոցներ՝ դիմակ, մանրէազերծ խավաթ, բժշկական գլխարկ և ձեռնոցներ:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 84				3.0	Դիտողական Հարցում	
52.	Բազմակի օգտագործման համար նախատեսված քիմիական լուծույթներ կիրառելիս, յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ թեստ-գոլի օգնությամբ որոշվում է լուծույթի պիտանելիությունը՝ ազդող նյութի արդյունավետ նվազագույն խտությունը:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 85				3.0	Դիտողական Հարցում	
53.	Գազային մանրէազերծող սարքերում մանրէազերծումն իրականացվում է ապահովելով բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծման պահաժամը և փաթեթավորման պահանջները՝ արտադրողի հրահանգին համապատասխան:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 87				2.0	Դիտողական Փաստաթղթային	
54.	Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծումն իրականացվում է գազային մանրէազերծող սարքերում՝ սարքի հրահանգին համապատասխան:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 88				3.0	Դիտողական Փաստաթղթային	
55.	Բժշկական արտադրատեսակները մինչ գազային մանրէազերծումը չորացվում են:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 90				2.0	Դիտողական Հարցում	

56.	Էթիլեն օքսիդով բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծումն իրականացվում է թղթե, մագաղաթե, կրաֆթթղթի երկտակ փաթեթի կամ հատուկ այդ մեթոդի համար նախատեսված փաթեթների մեջ, իսկ փաթեթների տեղափոխումը՝ փակ վիճակում՝ տուփերով կամ գործվածքե պարկերով:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 91				3.0	Դիտողական Լաբորատոր	
57.	Ջրածնի գերօքսիդի հիմքի վրա մանրէազերծումը կատարվում է պլազմային մանրէազերծող սարքում՝ համաձայն տվյալ սարքին կից հրահանգի պահանջների:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 92				3.0	Դիտողական Փաստաթղթային	
58.	Պլազմային մանրէազերծման պահանջներն են.	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 95						
58.1.	մանրէազերծման տևողությունը 28-72 րոպե,					3.0	Փաստաթղթային	
58.2.	բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծումն իրականացվում է միայն փաթեթավորված,					3.0	Դիտողական	
58.3.	փաթեթավորված բժշկական արտադրատեսակները պլազմային մանրէազերծումից հետո պահվում են անտպոիկ պայմաններում:					2.0	Դիտողական Լաբորատոր	
59.	Քիմիական մեթոդով մանրէազերծման ռեժիմի հսկողության արդյունքները գրանցվում են համապատասխան գրանցամատյանում: Նշում 5*	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 96				2.0	Փաստաթղթային	

60.	Օգոնային մեթոդով մանրէազերծող սարքերում բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծման պահածամը և փաթեթավորման պահանջները կատարվում են սարքն արտադրողի հրահանգներին համապատասխան:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 97				2.0	Դիտողական Փաստաթղթային Լաբորատոր	
61.	Պահպանվում են մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակների պահպանման ժամկետները՝ ըստ փաթեթավորման տեսակների: Նշում 6*	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 99				2.0	Դիտողական	
62.	Փաթեթների վրա նշվում են մանրէազերծման ամսաթիվը և օգտագործման վերջնաժամկետը:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 100				2.0	Դիտողական	
63.	Վերջնաժամկետը չլրացած, սակայն վնասված, խոնավացած, պատռված, ծակված կամ ավելորդ նշումներով փաթեթները կրկին ենթարկվում են ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 101				2.0	Դիտողական Հարցում	
64.	Մանրէազերծ սեղանը պատրաստվում է անմիջապես բժշկական միջամտությունից առաջ: Մանրէազերծ սեղանի պիտանելիության ժամկետը լրանալուց հետո չօգտագործված և վերջնաժամկետը լրացած, սակայն չօգտագործված բժշկական արտադրատեսակները ենթարկվում են մանրէազերծման:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 102				3.0	Փաստաթղթային Դիտողական Հարցում	

65.	Փաթեթավորված կամ մանրէազերծման տուփով կատարված մանրէազերծումից հետո մի բաժանմունքից մյուսը, կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքից բաժանմունքներ կամ վիրասրահ բժշկական արտադրատեսակները տեղափոխվում են սավանով ծածկված, որը հեռացվում է մինչև մաքուր գոտի մտնելը:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 106				3.0	Դիտողական	
66.	Մանրէազերծող սարքը շահագործող անձի կողմից ամեն օր, յուրաքանչյուր շրջափուլի ժամանակ իրականացվում է մանրէազերծող սարքի աշխատանքի հսկողություն հետևյալ մեթոդների կիրառմամբ.	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 109						
66.1.	Ֆիզիկական մեթոդ՝ իրականացվում է ջերմաստիճանի, ճնշման, պահածամի և հարաբերական խոնավության օպերատիվ հսկողություն,					3.0	Փաստաթղթային Դիտողական	
66.2.	քիմիական մեթոդ՝ կիրառվում են քիմիական նյութեր, որոնց գույնը և ագրեգատային վիճակը փոխվում է (հավվում են) այն ջերմաստիճանում, որը մոտ է մանրէազերծման համար անհրաժեշտ ջերմաստիճանին:					3.0	Փաստաթղթային Դիտողական	
67.	Օգտագործվում են քիմիական զգայորոշիչներ՝	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 110						

67.1.	արտաքին զգայորոշիչներ, որոնք փակցվում են բժշկական արտադրատեսակների փաթեթների վրա և գնահատվում են անմիջապես մանրէազերծման ավարտից հետո,					3.0	Դիտողական Հարցում	
67.2.	ներքին զգայորոշիչներ, որոնք տեղադրվում են մանրէազերծվող բժշկական արտադրատեսակների հետ փաթեթի ներսում՝ անկախ փաթեթի տեսակից և գնահատվում են փաթեթները բացելուց հետո:					3.0	Դիտողական Հարցում	
68.	Իրականացվում է բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծման որակի հսկողություն մանրէաբանական մեթոդով:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 111				3.0	Փաստաթղթային Լաբորատոր	
69.	Մանրէազերծ նմուշների մանրէաբանական հետազոտություններն իրականացվում են բժշկական կազմակերպության մանրէաբանական լաբորատորիայում կամ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա նման գործունեություն ծավալող կազմակերպությունում՝ պայմանագրային հիմունքներով:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 117				3.0	Փաստաթղթային	
70.	Մանրէաբանական հետազոտությունները կազմակերպվում են պլանային՝ ամիսը մեկ անգամ պարբերականությամբ, ինչպես նաև արտահերթ՝ համաճարակաբանական ցուցումներով կամ մանրէազերծման գործընթացում թերություններ և խախտումներ հայտնաբերելիս:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 118				3.0	Փաստաթղթային Լաբորատոր	

71.	Կատարվում է մաքրման, ախտահանման, նախամանրէագերծման և մանրէագերծման որակի հսկողություն մանրէաբանական հետազոտությունների իրականացմամբ բժշկական կազմակերպության մանրէաբանական լաբորատորիայում կամ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա նման գործունեություն ծավալող կազմակերպությունում պայմանագրային հիմունքներով, որոնք արձանագրվում են:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 121				3.0	Փաստաթղթային Լաբորատոր	
72.	Պլանային և համաճարակաբանական ցուցումով հսկողության նպատակով ախտահանման որակի նմուշառում կատարվում է սանիտարացուցադրական մանրէների, ախտածին և պայմանական ախտածին մանրէների հայտնաբերման վերաբերյալ:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 121				3.0	Փաստաթղթային Լաբորատոր	
73.	Ստացիոնար բժշկական կազմակերպությունում ընթացիկ սանիտարական հսկողության ժամանակ մանրէաբանական հետազոտության են ենթարկվում օդային միջավայրը, բժշկական գործիքները, այդ թվում՝ կարի և վիրակապակյան նյութերը, վիրահատական սպիտակեղենը, բուժանձնակազմի ձեռքերը և հագուստը, նորածինների և կանանց խնամքի միջոցները, դեղամիջոցները, արտաքին միջավայրի տարբեր օբյեկտները (գույքը, ներառյալ սարքավորումները, մակերեսները)՝ 2 մահճակալին՝ 1 լվացուկից ոչ պակաս հաշվարկով:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 121				3.0	Փաստաթղթային	

74.	Ստացիոնար բժշկական կազմակերպությունում պահպանվում են մանրէազերծման որակի հսկողության համար պահանջվող հետազոտությունների ծավալները: Նշում 7*	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 121				3.0	Փաստաթղթային	
75.	Առողջության առաջնային պահպանման և ստոմատոլոգիական ծառայություն մատուցող կազմակերպություններում պահպանվում են շրջակա միջավայրի մակերեսներից ախտահանման որակի և բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծման որակի նկատմամբ հսկողության համար պահանջվող հետազոտությունների ծավալները: Նշում 8*	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 124				3.0	Փաստաթղթային	
76.	Ներքին հսկողության ընթացքում հայտնաբերված միկրոօրգանիզմները հետազոտվում են նաև ախտահանիչ նյութերի նկատմամբ զգայունության վերաբերյալ, որն իրականացվում է բժշկական կազմակերպության մանրէաբանական լաբորատորիայում կամ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա նման գործունեություն ծավալող կազմակերպությունում պայմանագրային հիմունքներով:	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի հավելված, կետ 126				3.0	Փաստաթղթային	

**Ծանոթություններ
Նշում 1***

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

ՄԱՔՐՄԱՆ, ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

Բաժանմունք _____

Ամսաթիվ	Բժշկական արտադրատեսակների		Մաքրում		Մաքրող նյութի անվանում	Ախտահանում	Ախտահանող նյութի		Ախտահանման ռեժիմ		Կատարողի ստորագրություն
	լրակազմ /անվանում	քանակ	մեքենայացված	ձեռքով			անվանում	խտություն՝ ըստ կից հրահանգի (%)	սկիզբ	վերջ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Նշում 2*

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ

Գրանցման սկիզբը _____

Ավարտված է _____

Ամսաթիվ	Նախամանրէագերծման մշակման ենթարկված բժշկական արտադրատեսակներ		Նախամանրէագերծման մշակման որակի հսկողության ենթարկված բժշկական արտադրատեսակների քանակ	Նախամանրէագերծման մշակման որակի հսկողության արդյունքները		Նախամանրէագերծման մշակման որակի հսկողությունը կատարող անձի ստորագրություն
	լրակազմ /անվանում	քանակ		արյան հետքերի առկայություն	լվացող հեղուկի հետքերի առկայություն	
1	2	3	4	5	6	7

Նշում 3*

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

ԳՈՒՈՐՇԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ

Մանրէագերծիչի մակնիշը _____

Գրանցման սկիզբը _____

Ավարտված է _____

Ամսաթիվ	Բժշկական արտադրատեսակների անվանում /լրակազմ	Ավտոկլավի միացման ժամ	Մանրէագերծման ռեժիմ				Մանրէագերծիչ սարքի աշխատանքի հսկողություն (քիմիական զգայորոշիչ)	Ավտոկլավի աշխատացնողի ստորագրություն
			սկիզբ, ժամ	վերջ, ժամ	ճնշում	ջերմաստիճան		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Նշում 4*

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

ՉՈՐ ՕԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ

Մանրէագերծիչի մակնիշը _____

Գրանցման սկիզբը _____

Ավարտված է _____

Ամսաթիվ	Բժշկական արտադրատեսակների /լրակազմ		Մանրէագերծիչ սարքի միացման ժամ	Մանրէագերծիչ ռեժիմ				Մանրէագերծիչ սարքի աշխատանքի հսկողություն (քիմիական զգայորոշիչ)	Մանրէագերծումը կատարող անձի ստորագրություն
	անվանում	քանակ		սկիզբ, ժամ	ջերմաստիճան (180°)	վերջ, ժամ	հանելու ժամ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Նշում 5*

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ

Գրանցման սկիզբը _____

Ավարտված է _____

Ամսաթիվ	Բժշկական արտադրատեսակների		Մանրէազերծող նյութի անվանում/խտություն՝ ըստ հրահանգի պահանջի (%)	Մանրէազերծող նյութի պատրաստման ամսաթիվ	Մանրէազերծող նյութում ակտիվ նյութի որոշման արդյունք (թեստերի միջոցով)	Մանրէազերծող սարքի միացման ժամ/կամ քիմիական լուծույթի մեջ ընկղման ժամ	Մանրէազերծման ռեժիմ		Կատարող անձի ստորագրություն
	անվանում	քանակ					սկիզբ ժամ	վերջ ժամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Նշում 6*

ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

Փաթեթի տեսակը	Պահպանման ժամկետը
Թուղթ, կտոր-գործվածք և այլ նյութեր, որոնք պարունակում են ցելյուլոզա	3 օր
Երկշերտ թուղթ, կտոր՝ սինթետիկ հիմքի վրա	2 ամիս
Թղթե և պլաստիկե համակցված նյութ սպարատով ջերմության միջոցով փակած զգայորոշիչ փաթեթավորման ժապավենով փակած	6 ամիս
Առանց ֆիլտրի մետաղական տուփ	3 օր
Ֆիլտրով մետաղական տուփ	21 օր

Նշում 7*

Ստացիոնար բժշկական կազմակերպությունում կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքի առկայության դեպքում մանրէազերծման որակի հսկողության են ենթարկվում միաժամանակ մանրէազերծված նմուշների 1%-ը, սակայն 3-ից ոչ պակաս:

Կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքի բացակայության դեպքում, եթե մանրէազերծման գործընթացը կազմակերպվում է բաժանմունքներում, մանրէազերծման որակի հսկողության ենթակա են յուրաքանչյուր մանրէազերծման սենքի համար առնվազն 3 նմուշի հաշվարկով, բայց ոչ պակաս բայց 10 նմուշից (եթե կազմակերպությունում առկա է մինչև 3 մանրէազերծման սենք), ինչպես նաև միջամտություն իրականացնող յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար 3 նմուշի հաշվարկով, բայց 10 նմուշից ոչ պակաս (եթե կազմակերպությունում առկա է մինչև 3 աշխատասենյակ):

Նշում 8*

Առողջության առաջնային պահպանման և ստոմատոլոգիական ծառայություն մատուցող կազմակերպություններում շրջակա միջավայրի մակերեսներից ախտահանման որակի և բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծման որակի նկատմամբ նմուշառումն իրականացվում է պացիենտի զննման, ախտորոշման յուրաքանչյուր աշխատասենյակից, կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքից 3 լվացուկի հաշվարկով, բայց 10 լվացուկից ոչ պակաս, եթե կազմակերպությունում առկա է մինչև 3 աշխատասենյակ: Կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքի առկայության դեպքում մանրէազերծման որակի վերաբերյալ հսկողության են ենթարկվում միաժամանակ մանրէազերծված նմուշների 1%-ը:

1.	«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	v	
2.	«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		v
3.	«Զ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում		v

Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանով հաստատված N 3.1.1- 029- 2015 սանիտարական կանոններ և հիգիենիկ նորմատիվներ:

Տեսչական մարմնի ծառայող _____
(ստորագրություն)

Տստեսավարող _____ »:
(ստորագրություն)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ