

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի
հունիսի 23-ի N 927 - Ն որոշման

«Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի
ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման

**ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԱՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ
ԱՏՈՒԳԱԹԵՐԹ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 3.13
Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացման վերահսկողություն
Q 86.10, 86.21, 86.90 (ՏԳՏԴ)**

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ __20__թ. _____ ավարտը՝ _____ 20__ թ. _____

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ _____ տրված՝ _____ 20__թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ _____

ՀՀ	ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ	ՊԱՏԱՍԽԱՆ
1	Գործունեության տեսակը/ները, լիցենզիան/ները	
2	Կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումները/կաբինետները/բաժանմունքները	
3	Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ Միջին Կրտսեր	

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից կազմակերպություններում լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացման

N	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	Այո	Ոչ	Զ/պ	Կշիռ	Ստուգման տեսակ	Մեկնաբանություն
1	Բժշկական կազմակերպությունն ունի լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների ընտրված տեսակներն իրականացնելու լիցենզիա:	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 1-ին				5	փաստաթղթային	
2	Բժշկական կազմակերպությունը կիրառում է «Լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտությունների արդյունքում կազմվող բժշկական ձևեր». Նշում 2*	Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 76-Ն հրաման						
2.1	Կլինիկական հետազոտությունների արդյունքում կազմվող բժշկական ձևեր:	Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 76-Ն հրաման, հավելված N 1				0,25	փաստաթղթային	
2.2	Էքսպրես լաբորատորիաներում կիրառվող բժշկական ձևեր:	Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 76-Ն հրաման, հավելված N 2				0,25	փաստաթղթային	
2.3	Իմունաբանական հետազոտությունների արդյունքում կազմվող բժշկական ձևեր:	Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 76-Ն հրաման, հավելված N 3				0,25	փաստաթղթային	
2.4	Մանրէաբանական հետազոտությունների արդյունքում կազմվող բժշկական ձևեր:	Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 76-Ն հրաման, հավելված N 4				0,25	փաստաթղթային	

2.5	Կենսաքիմիական հետազոտությունների արդյունքում կազմվող բժշկական ձևեր:	Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 76-Ն հրաման, հավելված N 5				0,25	փաստաթղթային	
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐԻ (ԽԱՈՐ, ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ), ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԱՎԱԳ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇ ՍԱՐԴՈՐԱՏՈՐ-ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ								
3	Կլինիկական լաբորատորիայում* առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.18						
3.1	Էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը որոշելու սարք					1	դիտողական	
3.2	Ուրոմետր					1	դիտողական	
3.3	Մանրադիտակ					1	դիտողական	
3.4	Ցենտրիֆուգ					1	դիտողական	
3.5	Թերմոստատ					1	դիտողական	
3.6	Չորացնող պահարան					1	դիտողական	
3.7	Սառնարան					1	դիտողական	
3.8	Գորյակի կամերա					1	դիտողական	
3.9	Լեյկոցիտար կամ էրիթրոցիտար մեխանիզմներ					1	դիտողական	
3.10	Սալիի հեմոմետր					1	դիտողական	
3.11	Լեյկոցիտների հաշվիչ					1	դիտողական	
3.12	Շտատիվներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ					1	դիտողական	
3.13	Սեղան, աթոռներ, պահարաններ					1	դիտողական	
3.14	Լվացարան					1	դիտողական	
3.15	Բակտերիոցիդ լամպ					1	դիտողական	
4	Կլինիկական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.18						

4.1	Համապատասխան ավագ բուժաշխատող-մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.18: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
4.2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.18: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
5	Կենսաքիմիական (Բիոքիմիական) լաբորատորիայում* առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.19						
5.1	Բիոքիմիական սարք					1	դիտողական	
5.2	Կոագուլոմետր					1	դիտողական	
5.3	Ցենտրիֆուգ					1	դիտողական	
5.4	Թերմոստատ					1	դիտողական	
5.5	Սառնարան՝ սառեցման պահարանով					1	դիտողական	
5.6	Շաքարի էքսպրես հետազոտման սարք					1	դիտողական	
5.7	Ջրի դեիոնիզացնող սարք					1	դիտողական	
5.8	Ջրի թորման սարք կամ թորած ջուր					1	դիտողական	
5.9	Ավտոմատ կաթոցիկներ (հավաքածու)					0.5	դիտողական	
5.10	Շտատիվներ, չափամաններ, փորձանոթներ, չափիչներ					0.5	դիտողական	
5.11	Սեղան, աթոռներ, պահարաններ					0.25	դիտողական	
5.12	Լվացարան					0.5	դիտողական	

5.13	Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ				2	դիտողական	
6	Կենսաքիմիական (Բիոքիմիական) լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.19					
6.1	Համապատասխան ավագ բուժաշխատող- մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.19: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18			5	փաստաթղթային	
6.2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.19: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18			3	փաստաթղթային	
7	Իմունաբանական լաբորատորիայում* առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.41					
7.1	Իմունաբանական սարք				1	դիտողական	
7.2	Ցենտրիֆուգ				1	դիտողական	
7.3	Թերմոստատ				1	դիտողական	
7.4	Սառնարան՝ սառեցման պահարանով				1	դիտողական	
7.5	Խառնիչ-ճոճանակ՝ թերմոստատով				1	դիտողական	
7.6	Ավտոմատ կաթոցիկներ (հավաքածու)				1	դիտողական	
7.7	Չորացնող պահարան				1	դիտողական	
7.8	Ջրի թորման սարք կամ թորած ջուր				1	դիտողական	
7.9	Շտատիվներ, չափամաններ, փորձանոթներ, չափիչներ				1	դիտողական	
7.10	Սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ				1	դիտողական	

7.11	Լվացարան					1	դիտողական	
7.12	Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ					1	դիտողական	
8	Իմունաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.41						
8.1	Համապատասխան ավագ բուժաշխատող- մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.41: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
8.2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.41: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
9	Շճաբանական լաբորատորիայում* առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.42						
9.1	Թերմոստատ					1	դիտողական	
9.2	Ցենտրիֆուգ					1	դիտողական	
9.3	Սառնարան, սառեցման պահարանով					1	դիտողական	
9.4	Խառնիչ-ճոճանակ՝ թերմոստատով					1	դիտողական	
9.5	Պիպետներ					1	դիտողական	
9.6	Սերոլոգիական ափսեներ և պլանշետներ					1	դիտողական	
9.7	Կարդացող սարք (սպեկտրոֆոտոմետր)					1	դիտողական	
9.8	Շտատիվներ, փորձանոթներ					1	դիտողական	
9.9	Սեղան, աթոռներ, պահարաններ					1	դիտողական	

9.10	Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ					1	դիտողական	
10	Շճաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.42						
10.1	Համապատասխան ավագ բուժաշխատող- մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.42: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
10.2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.42: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
11	Բջջաբանական լաբորատորիայում** առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.43						
11.1	Յենտրիֆուգ					1	դիտողական	
11.2	Մանրադիտակ					1	դիտողական	
11.3	Նշտար, պինցետ					1	դիտողական	
11.4	Շտատիվներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ, պիպետներ, պետրիի թասեր.					1	դիտողական	
11.5	Սեղան, աթոռներ, պահարաններ					1	դիտողական	
11.6	Արխիվային նյութի պահպանման պահարան					1	դիտողական	

11.7	Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ						դիտողական	
12	Բջջաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.43						
12.1	Համապատասխան ավագ բուժաշխատող-մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.43: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
12.2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.43: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
13	Հյուսվածքաբանական լաբորատորիայում** առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.44						
13.1	Կենտրոնացված ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ					1	դիտողական	
13.2	Օդափոխության համակարգ					1	դիտողական	
13.3	Քարշիչ պահարան/ պահարաններ					1	դիտողական	
13.4	Չիրկիզվող պահարաններ, առնվազն 2					1	դիտողական	
13.5	Լաբորատոր գույք (քիմիական նյութերի, պարաֆինային բլոկերի և առարկայական ապակիների պահման պահարաններ)					1	դիտողական	
13.6	Կայունաջերմոց (թերմոստատ)					1	դիտողական	
13.7	Սառնարան					1	դիտողական	

13.8	Հյուսվածքների մշակման համակարգ (ավտոմատ կամ մանուալ)					1	դիտողական	
13.9	Հյուսվածաբանական կասետների պարաֆինային լցունման համակարգ՝ կանոնավորվող ջերմաստիճանային ռեժիմով					1	դիտողական	
13.10	Միկրոտոմ՝ կտրվածքների պատրաստման համար					1	դիտողական	
13.11	Ջրային բաղնիք					1	դիտողական	
13.12	Տաքացնող սեղանիկ					1	դիտողական	
13.13	Առարկայական ապակիների ներկման ավտոմատ համակարգ կամ հատուկ այդ նպատակով արտադրված տարաներ՝ ամուր փակվող կափարիչներով և համապատասխան մետաղյա գամբյուղներով (30 կամ 60-տեղանոց)					1	դիտողական	
13.14	Ջրի թորման կամ դեիոնիզացնող ապարատ					1	դիտողական	
13.15	Մանրադիտակ					1	դիտողական	
13.16	Մանրէասպան լամպ					1	դիտողական	
13.17	pH-մետր					1	դիտողական	
13.18	Կշեռք՝ լաբորատոր					1	դիտողական	
13.19	Լաբորատոր տարաներ, գործիքներ (պլաստմասսայե կասետներ, փորձանոթներ, դանակներ, պինցետներ, քանոններ, զոնդեր)					1	դիտողական	
13.20	Անհատական պաշտպանության միջոցներ (խալաթներ, բախիլներ, դիմակներ, գլխարկներ, ձեռնոցներ և այլ անհրաժեշտ անհատական պաշտպանության միջոցներ)					1	դիտողական	
13.21	Անջրաթափանց խալաթներ և գոգնոցներ, կենցաղային ձեռնոցներ					1	դիտողական	
13.22	Ախտահանող նյութեր՝ քլորամին, քլորակիր և/կամ այլ					1	դիտողական	
13.23	Համակարգիչ					0.5	դիտողական	

13.24	Բուժանձնակազմի համար նախատեսված կահույք					0.5	դիտողական	
14	Հյուսվածքաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.44						
14.1	Ավագ բուժաշխատող՝ հյուսվածքաբան կամ ախտաբանաանատոմ կամ ախտաբանական անատոմիա և կլինիկական մորֆոլոգիա մասնագիտացմամբ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.44: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
14.2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.44: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3		
15	ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ, ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ) ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.47						
15.1	ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ							
15.1.1	ՍՊԱՍԱՍՐԱՀ					1		
15.1.2	այցելուների համար նստատեղեր					0.5	դիտողական	
15.1.3	թափոնների տեսակավորված տարաներ					0.5	դիտողական	

15.1.4	գրասենյակային սեղան, աթոռ					0.5	դիտողական	
15.1.5	կողավղղ պահարան/դարակաշար					0.5	դիտողական	
15.1.6	համացանց (ինտերնետային կապ)/համակարգիչ, տպիչ սարք					0.5	դիտողական	
15.1.7	հեռախոսային կապ/հեռախոս					0.5	դիտողական	
15.2	ՆՄՈՒՀԱՌՄԱՆ ՍԵՆՔ/ ՍԵՆՔԵՐ					1	դիտողական	
15.2.1	համապատասխան ցուցանակ					0.5	դիտողական	
15.2.2	Նմուշառումներն իրականացվում են տարբեր սենքերում (նմուշառում՝ միզասեռական համակարգից, քիթ-ըմպանից, սերմնահեղուկի, հարիետանցքային քերուկի, արյան նմուշառման սենք): Նմուշառման գործընթացը 1 սենքում կազմակերպելու դեպքում սենքն ապահովվում է շիրմայով/շիրմաներով առանձնացված գոտիներով՝ արյան, քիթ-ըմպանից, վերքային մակերեսից նմուշառման, միզասեռական համակարգից (գինեկոլոգիական բազկաթոռի առկայությամբ) նմուշառման, հարիետանցքային քերուկի նմուշառման համար: Սերմնահեղուկի նմուշառման համար հատկացվում է առանձին սենք:					1	դիտողական	
15.2.3	յուրաքանչյուր նմուշառման սենքում լվացարան՝ տաք և սառը հոսող ջրի և աչքերը լվանալու համար նախատեսված հարմարանքի առկայությամբ					1	դիտողական	
15.2.4	մանրէասպան լամպ					1	դիտողական	
15.2.5	սենյակային ջերմաչափ					1	դիտողական	
15.2.6	հանդերձապահարան և/կամ կախիչներ					1	դիտողական	
15.2.7	նմուշառման աթոռ/բազկաթոռ					1	դիտողական	
15.2.8	աշխատանքային սեղան՝ մաքուր և կեղտոտ հատվածների տարանջատմամբ, աթոռ					1	դիտողական	
15.2.9	բժշկական պահարան/դարակաշար					1	դիտողական	

15.2.10	նմուշառման ծախսանյութեր և պարագաներ՝ համաձայն նմուշառման մեթոդաբանության					1	դիտողական	
15.2.11	նմուշների մակնշման պարագաներ					1	դիտողական	
	նմուշների տեղափոխման հերմետիկ փակվող, անջրաթափանց, կարծր բեռնարկղեր՝ համապատասխան մակնշմամբ					1	դիտողական	
15.2.12	առաջին բժշկական օգնության պահարան՝ անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածուով					1	դիտողական	
15.2.13	թափված կենսաբանական նյութերի մաքրման հավաքածու					1	դիտողական	
15.2.14	թափոնների տեսակավորված տարաներ					1	դիտողական	
15.2.15	անհատական պաշտպանության միջոցներ					1	դիտողական	
15.2.16	ախտահանիչ միջոցներ					1	դիտողական	
15.2.17	սենքերը ունեն բնական կամ արհեստական օդափոխություն					1	դիտողական	
15.2.18	Նմուշառում իրականացվում է նաև բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության այլ բաժանմունքներում՝ հաջորդիվ նմուշների փոխադրմամբ, ապահովելով նմուշների եռաշերտ փաթեթավորումը:					1	դիտողական	
15.3	ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՍԵՆՔ							
15.3.1	համապատասխան ցուցանակ					0.5	դիտողական	
15.3.2	լվացարան, տաք և սառը հոսող ջրի առկայությամբ եթե նմուշների նախնական մշակումն իրականացվում է լաբորատոր տարածքից դուրս՝ նմուշների հավաքագրման կետում					1	դիտողական	
15.3.3	նմուշների տեսակավորման մակնշված սկուտեղներ/հաստատոցներ (շտատիվներ)					1	դիտողական	
15.3.4	աշխատանքային սեղան					0.5	դիտողական	

15.3.5	ցենտրիֆուգ՝ հերմետիկ փակվող կափարիչով եթե նմուշների նախնական մշակումն իրականացվում է լաբորատոր տարածքից դուրս՝ նմուշների հավաքագրման կետում					1	դիտողական	
15.3.6	ռեակտիվները պահելու համար՝ համապատասխան մակնշմամբ, նմուշների պահպանման սառնարան/սառցարան					1	դիտողական	
15.3.7	սենյակային և սառնարանային ջերմաչափեր մանրէասպան լամպ					1	դիտողական	
15.3.8	նմուշների տեղափոխման հերմետիկ փակվող անջրաթափանց, ախտահանմանը ենթակա բեռնարկղեր					1	դիտողական	
15.3.9	թափվածքների մաքրման հավաքածու					1	դիտողական	
15.3.10	թափոնների տեսակավորված տարաներ					1	դիտողական	
15.3.11	անհատական պաշտպանական միջոցներ					1	դիտողական	
15.3.12	ախտահանիչ միջոցներ					1	դիտողական	
15.3.13	սենքը ունի բնական կամ արհեստական օդափոխություն					1	դիտողական	
15.4	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ՝ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ					2		
15.4.1	համապատասխան ցուցանակ					1	դիտողական	
15.4.2	լվացարան, տաք և սառը հոսող ջրի առկայությամբ					1	դիտողական	
15.4.3	հատկացված տարածք՝ նմուշառման դատարկ տարաների տեղադրման (մաքուր գոտի) և վերցված նմուշի տեղադրման (կեղտոտ գոտի) սահմանազատմամբ,					1	դիտողական	
15.4.4	վերցված նմուշների համար նախատեսված բաց կափարիչով բեռնարկղ համապատասխան մակնշմամբ, կեղտոտ գոտում տեղադրելու համար						դիտողական	
15.4.5	թափոնների տեսակավորված տարաներ					1	դիտողական	

15.4.6	անհատական պաշտպանության միջոցներ (ծեռնոցներ) ախտահանիչ միջոցներ					1	դիտողական	
15.4.7	Վերցված նմուշների տարաների նկատմամբ սահմանվում է հսկողություն:					1	դիտողական	
15.5	ԿԱՌԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ							
15.5.1	Ավագ բուժաշխատող կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ՝ համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգելման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» կամ «կենսաբանություն» կամ «անասնաբուժություն») կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ: Կարելի է համատեղությամբ և/կամ ոչ լրիվ հաստիքով:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.47: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
15.5.2	Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.47: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
15.5.3	Կրտսեր բուժաշխատող						փաստաթղթային	

16	ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ, ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.48						
16.1	ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ							
16.1.1	ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ							
16.1.2	նմուշների մակնշման պարագաներ					1	դիտողական	
16.1.3	նմուշների փաթեթավորման պարագաներ					1	դիտողական	
16.1.4	առաջին բժշկական օգնության պայուսակ՝ անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածուով					1	դիտողական	
16.1.5	թափվածքների մաքրման հավաքածու					1	դիտողական	
	թափոնների տեսակավորված տարաներ/տոպրակներ					1	դիտողական	
16.1.6	անհատական պաշտպանական միջոցներ					1	դիտողական	
16.1.7	ախտահանիչ միջոցներ					1	դիտողական	
16.2	ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑ					2		
16.2.1	կենսաբանական ախտածին ազդակի նշանի առկայություն՝ դիմապակույն					1	դիտողական	
16.2.2	թափվածքների մաքրման հավաքածու					1	դիտողական	
16.2.3	անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու					1	դիտողական	
16.2.4	ախտահանիչ միջոցներ					1	դիտողական	
16.2.5	սրահի՝ մաքրման և ախտահանման ենթակա հիգիենիկ և ամբողջական ծածկույթ					1	դիտողական	
16.2.6	Տրանսպորտային միջոց, որտեղ առկա է վարորդի խցիկ և առանձին դռնով տարածք՝ հարմարեցված նմուշառման համար:					1	դիտողական	
16.2.7	Քիթ ըմպանային քսուկի (այդ թվում՝ կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) նկատմամբ պոլիմերազային							

	շղթայական ռեակցիայի (ՊՇՌ) մեթոդով հետազոտության նպատակով նմուշառման շարժական կետի համար սարքավորումներ և բժշկական գործիքներ՝							
16.2.7.2	սառնարան (+4°C-ից +8°C)՝ նմուշների պահպանման համար՝ սառցախցիկով (սառցե շղթայի տարրերի պահման համար),					1	դիտողական	
16.2.7.3	նմուշների փոխադրման սառնարան-պայուսակներ և (կամ) ջերմակարգավորվող թերմոկոնտեյներներ՝ նմուշառման ծախսանյութերի և պարագաների համալրմամբ և վերջիններիս ցանկով,					1	դիտողական	
16.2.7.4	հերմետիկ փակվող/զմրսվող զիպ փականով տոպրակներ,					1	դիտողական	
16.2.7.5	փորձանոթների տեղադրման շտատիվներ,					1	դիտողական	
16.2.7.6	նմուշի փոխադրման միջավայրեր և նմուշառման ձող-վիրախճուծներ,					1	դիտողական	
16.2.7.7	մանրէազերծ մաճկաթիակ (միանվագ օգտագործման շպատելներ),					1	դիտողական	
16.2.7.8	անհետաձգելի բուժօգնության դեղերի և պարագաների հավաքածու (դեղարկղիկ),					1	դիտողական	
16.2.7.9	բժշկական, սենյակային և սառնարանի ջերմաչափեր,					1	դիտողական	
16.2.7.10	չճնշվող և սպիրտով չմաքրվող մարկեր-գրիչներ, մկրատներ,					1	դիտողական	
16.2.7.11	անհատական պաշտպանության միջոցներ (ԱՊՄ)՝ ռեսպիրատոր, պաշտպանական ակնոց, բժշկական կոմբինեզոն, ռետինե ձեռնոցներ,					1	դիտողական	
16.2.7.12	տարբեր չափսերի պլաստիկ տոպրակներ՝ նմուշների, կենսաբանական թափոնների, օգտագործված անհատական					1	դիտողական	

	պաշտպանության միջոցների (ԱՊՄ) համար,							
16.2.7.13	բժշկական պարագաների պահարան,					1	դիտողական	
16.2.7.14	սեղան (սեղաններ) և աթոռ (աթոռներ),					1	դիտողական	
16.2.7.15	ախտահանիչներ, ախտահանիչի լուծույթներ,					1	դիտողական	
16.2.7.16	աղբարկղեր՝ կենսաբանական և կենցաղային թափոնների:					1	դիտողական	
16.3	ԿԱՂՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ							
16.3.1	Ավագ բուժաշխատող կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ՝ համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարզելման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» կամ «կենսաբանություն» կամ «անասնաբուժություն») կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ: Կարելի է համատեղությամբ և/կամ ոչ լրիվ հաստիքով:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.48: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
16.3.2	Կամ միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.48: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	

	մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:							
16.3.3	Վարորդ (փոխադրամիջոցի առկայության դեպքում)՝ վարորդական վկայականի և կենսաբանական նմուշների տեղափոխման և կենսաանվտանգության հարցերով ԱԱԻ-ի կողմից տրված դասընթացի հավաստագրի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.48: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				1	փաստաթղթային	
17	ՄԱՆՐԵԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱՐՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.49						
17.1	ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ. Ունի 2 մուտք՝ անձնակազմի և պացիենտների, որոնք առանձնացված են մյուս կառուցահատվածներից: Սնուցող միջավայրերի պատրաստման բաժինը (կամ սենյակը) և շոգեգոլորչային մանրէազերծման սենյակը (ավտոկլավարանը) տեղակայվում են հարևանությամբ (սնուցող միջավայրերը պատրաստի գնվելու դեպքում ավտոկլավարանի պահանջը պարտադիր չէ): Յուրաքանչյուր աշխատանքային սենյակ ապահովվում է ջրամատակարարման, անխափան էլեկտրական սնուցման աղբյուրներով, ջեռուցման և հակահրդեհային համակարգերով: ¹						դիտողական	
17.2	ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ							
17.2.1	Շոգեգոլորչային մանրէազերծիչ (ավտոկլավ) 1 (վարակազերծման)					1	դիտողական	
17.2.2	Շոգեգոլորչային մանրէազերծիչ (ավտոկլավ) 2-րդ (մանրէազերծման)					1	դիտողական	
17.2.3	Չորաօդային մանրէազերծիչ (160-250 0C-երթե կիրառելի է)					1	դիտողական	

17.2.4	Ինկուբատոր թերմոստատ/ թերմոստատներ՝ ըստ հետազոտությունների տեսակներին ներկայացվող պահանջների (առնվազն 2 հատ, տարբեր ջերմաստիճանի)					1	դիտողական	
17.2.5	Մանրադիտակ (երկակնյա կամ եռակնյա)					1	դիտողական	
17.2.6	Մանրէասպան լամպ՝ քանակն ըստ օդային միջավայրի վարակազերծում կամ մանրէազերծում պահանջող սենքերի թվի					1	դիտողական	
17.2.7	Ջրի թորման սարք					1	դիտողական	
17.2.8	Սառնարան և սառցարան (առանձնացվում է նմուշների, ցանքերի և ռեագենտների համար)					1	դիտողական	
17.2.9	Կշեռք՝ լաբորատոր					1	դիտողական	
17.2.10	Ավտոմատ կաթոցիչներ իրենց ծայրակալներով (հավաքածու)					1	դիտողական	
17.2.11	Ավտոմատ կաթոցիչների շտատիվ (հաստատոցներ)					1	դիտողական	
17.2.12	Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն և ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, ծածկապակիներ, առարկայական ապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ)					1	դիտողական	
17.2.13	Ցենտրիֆուգեր, այդ թվում՝ նաև սառեցումով ըստ լաբորատոր հետազոտությունների պահանջի					1	դիտողական	
17.2.14	Ինկուբատոր թերմոստատ՝ CO ₂ -ի մատակարարմամբ կամ այլընտրանքային տարբերակ (էքսիկատոր, Գազ-Պակ կամ այլ)					1	դիտողական	

17.2.15	Դենսիտոմետր (ՀՄԴ-ի նկատմամբ զգայության որոշման համար) կամ Մակֆարլանդի ստանդարտ					1	դիտողական	
17.2.16	pH-մետր կամ լայն միջակայքով «pH-ի ցուցիչ-թղթիկներ» (սնուցող միջավայրերի պատրաստման դեպքում)					1	դիտողական	
17.2.17	Աղբարկղեր՝ կենսաբանական և կենցաղային թափոնների					1	դիտողական	
17.2.18	Կենսաբանական թափվածքների մաքրման հավաքածու կամ անհրաժեշտ պարագաներ և ռեագենտներ					1	դիտողական	
17.2.19	Կենսաբանական թափոնների հեռացման համար տարաներ					1	դիտողական	
17.2.20	Ախտահանիչ նյութեր և լուծույթներ, մաքրման համար նախատեսված և մակնշված գույք և պարագաներ					1	դիտողական	
17.2.21	Բժշկական, սենյակային և սառնարանի ջերմաչափեր					1	դիտողական	
17.2.22	Ստերեոսկոպիկ մանրադիտակ կամ լուսադիոդային լամպ կամ այլընտրանքային սարք					1	դիտողական	
17.3	ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ						դիտողական	
17.3.1	Ավագ բուժաշխատող-մանրէաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ՝ համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգելման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.49: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	

	լաբորատորիայում աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:							
17.3.2	Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.49: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
18	ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՆՈՒՅՆՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.50						
18.1	ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ. Յուրաքանչյուր աշխատանքային սենքն ապահովվում է ջրամատակարարման (տաք և սառը հոսող ջրով լվացարան), անխափան էլեկտրական սնուցման աղբյուրներով, ջեռուցման և հակահրդեհային համակարգերով: Սույն բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը կարող է կազմակերպվել շարժական փոխադրամիջոց-լաբորատորիայում, եթե առկա է փոխադրամիջոցի արտադրողի հրահանգ և համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթ:					1	դիտողական	
18.2	<u>ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ</u>					1		

18.2.1	Կենսանվտանգության պահարան II դասի՝ հյուսվածքային կուլտուրաների հետ աշխատանքի համար					1	դիտողական	
18.2.2	Կենսանվտանգության պահարան II դասի՝ վիրուսների հետ աշխատանքի համար					1	դիտողական	
18.2.3	Ինվերտացնող մանրադիտակ					1	դիտողական	
18.2.4	Ինկուբատոր					1	դիտողական	
18.2.5	Ինկուբատոր CO2-ի մատակարարմամբ					1	դիտողական	
18.2.6	Ջրի թորման սարք և/կամ դեիոնիզացնող սարք					1	դիտողական	
18.2.7	Սառնարան 2-8°C					1	դիտողական	
18.2.8	Սառցարաններ -20°C և -70°C					1	դիտողական	
18.2.9	Ցենտրիֆուգեր, այդ թվում՝ նաև սառեցումով					1	դիտողական	
18.2.10	Լաբորատոր կշեռք					1	դիտողական	
18.2.11	Հյուսվածքային կուլտուրաների բանկ (Դյուարի անոթ հեղուկ ազոտով)					1	դիտողական	
18.2.12	Իմունաֆերմենտային վերլուծիչ հետազոտություններ)					1	դիտողական	
18.2.13	Լվացող սարք (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)					1	դիտողական	
18.2.14	Ավտոմատ կաթոցիկներ տարբեր ծավալների (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)					1	դիտողական	
18.2.15	Մնուցող միջավայրեր՝ հյուսվածքային կուլտուրաների պահպանման համար					1	դիտողական	
18.2.16	Անհրաժեշտ լաբորատոր պարագաներ, ծախսվող նյութեր՝ (հյուսվածքային կուլտուրաների փորձանոթներ, հյուսվածքային կուլտուրաների մատրասներ, տարբեր ծավալների միանգամյա օգտագործման շճաբանական կաթոցիկներ, շտատիվներ)					1	դիտողական	
18.2.17	Աղբարկղեր՝ կենսաբանական և կենցաղային թափոնների					1	դիտողական	

18.2.18.	Կենսաբանական թափվածքների մաքրման հավաքածու					1	դիտողական	
18.2.19.	Կենսաբանական թափոնի հեռացման պոլիէթիլենային տոպրակներ					1	դիտողական	
18.2.20	. Հերմետիկ փակվող/զմրսվող բեռնարկղեր					1	դիտողական	
18.2.21	Ախտահանիչ նյութեր և լուծույթներ, մաքրման համար նախատեսված և մակնշված գույք և պարագաներ					1	դիտողական	
18.3	<u>ԿԱՂՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ</u>							
18.3.1	Ավագ բուժաշխատող-վիրուսաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ՝ համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգելման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» կամ «վիրուսաբանություն» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ աշխատանքային փորձով համապատասխան լաբորատորիայում և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.50: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
18.3.2	Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.50: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	

19	ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՏԵՍԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.51						
19.1	ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ. Յուրաքանչյուր աշխատանքային սենք ապահովվում է ջրամատակարարման (տաք և սառը հոսող ջրով լվացարան), անխափան էլեկտրական սնուցման աղբյուրներով, ցեռուցման և հակահրդեհային համակարգերով:						դիտողական	
19.2	ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ							
19.2.1	Մանրադիտակ					1	դիտողական	
19.2.2	PH – մետր					1	դիտողական	
19.2.3	Թերմոստատ (ինկուբատոր)					1	դիտողական	
19.2.4	Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ					1	դիտողական	
19.2.5	Ավտոմատ կաթոցիչներ իրենց ծայրակալներով (հավաքածու) կամ այլընտրանքային միջոց (մեխանիկական կաթոցիկ, ապակյա և այլն)					1	դիտողական	
19.2.6	Ավտոմատ կաթոցիչների շտատիվ					1	դիտողական	
19.2.7	Ջրի թորման սարք					1	դիտողական	
19.2.8	Արեոմետր (սարք լուծույթների տեսակարար կշիռը որոշելու համար)					1	դիտողական	
19.2.9	Ցենտրիֆուգ					1	դիտողական	
19.2.10	Էլեկտրական սայիկ					1	դիտողական	
19.2.11	Սառնարան					1	դիտողական	
19.2.12	Խառնիչ սարք (վորտեքս) կամ այլընտրանքային միջոց (ապակյա ձող)					1	դիտողական	
19.2.13	Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն և ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, առարկայական					1	դիտողական	

	ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ)							
19.2.14	Իմունաֆերմենտային վերլուծիչ (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)					1	դիտողական	
19.2.15	Լվացող սարք (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)					1	դիտողական	
19.2.16	Ավտոմատ կաթոցիկներ տարբեր ծավալների (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)					1	դիտողական	
19.2.17	Աղբարկղեր՝ կենսաբանական և կենցաղային թափոնների					1	դիտողական	
19.2.18	Կենսաբանական թափվածքների մաքրման հավաքածու					1	դիտողական	
19.2.19	Կենսաբանական թափոնի հեռացման պոլիէթիլենային տոպրակներ					1	դիտողական	
19.2.20	Հերմետիկ փակվող/զմրսվող բեռնարկղեր					1	դիտողական	
19.2.21	Ախտահանիչ նյութեր և լուծույթներ, մաքրման համար նախատեսված և մակնշված գույք և պարագաներ					1	դիտողական	
19.2.22	Բժշկական, սենյակային և սառնարանի ջերմաչափեր					1	դիտողական	
19.2.23	Լաբորատոր կշեռք					1	դիտողական	
19.3	<u>ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ</u>							
19.3.1	Ավագ բուժաշխատող-մակաբուժաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ՝ համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգելման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» կամ «կենսաբանություն» կամ «մակաբուժաբանություն» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.51: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	

	անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:							
19.3.2	Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.51: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
20	ՊՇՈՒ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ՝ ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԲԱՆԱԿԱՆ, ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄԸ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.52						
20.1	ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի էքստրակցիայի գոտի					1		
20.1.1	Կենսաանվտանգության պահարան 1 դասի՝ 2 հատ (եթե օգտագործում են պատրաստի ՊՇՈՒ խառնուրդներ՝ 1 հատ)					1	դիտողական	
20.1.2	Սառնարան/սառցարան					1	դիտողական	
20.1.3	Թերմոբլոկ 25-ից 100°C					1	դիտողական	
20.1.4	Լաբորատոր արտածծիչ՝ հեղուկի ծուղակով և արտանետվող գազերի ֆիլտրով					1	դիտողական	
20.1.5	Միկրոցենտրիֆուգ 1400-1600 պտ/րոպ (1.5 մլ փորձանոթների համար)					1	դիտողական	
20.1.6	Ցենտրիֆուգ-վորտեքս					1	դիտողական	

20.1.7	Ավտոմատ կաթոցիչների հավաքածու (100-1000մկլ, 10-100մկլ, 0,5-10մկլ կամ համարժեք)					1	դիտողական	
20.1.8	Կանգնակ (շտատիվ) ավտոմատ կաթոցիչների համար					1	դիտողական	
20.1.9	Ծայրակալներ կաթոցիչների համար տարբեր ծավալների (ԴՆԹ/ՌՆԹազներից զերծ, ֆիլտրով)					1	դիտողական	
20.1.10	Փորձանոթներ էպենդորֆ 1,5 մլ.					1	դիտողական	
20.1.11	Շտատիվներ 1,5 մլ և 0,2 մլ փորձանոթների համար					1	դիտողական	
20.1.12	Անհատական պաշտպանիչ միջոցներ (խալաթ, ձեռնոցներ, շնչադիմակներ, գլխարկ, բախիլ, ակնոց)					1	դիտողական	
20.1.13	Անձեռոցիկներ ԿԱՊ-ում ախտահանման համար					1	դիտողական	
20.1.14	Ախտահանիչ միջոցներ (70% սպիրտ)					1	դիտողական	
20.1.15	Ժամանակաչափ					1	դիտողական	
20.1.16	ռեակցիոն խառնուրդների պատրաստման գոտի					1		
20.1.17	ՊՇՌ բոքս					1	դիտողական	
20.1.18	Սառնարան/սառցարան					1	դիտողական	
20.1.19	Ցենտրիֆուգ-վորտեքս					1	դիտողական	
20.1.20	Ավտոմատ կաթոցիչների հավաքածու(100-1000մկլ, 10-100մկլ, 0,5-10մկլ)					1	դիտողական	
20.1.21	Ավտոմատ կաթոցիչների կանգնակ (շտատիվ)					1	դիտողական	
20.1.22	Ծայրակալներ կաթոցիչների համար տարբեր ծավալների (ԴՆԹ/ՌՆԹազներից զերծ, ֆիլտրով)					1	դիտողական	
20.1.23	Փորձանոթներ էպենդորֆ 1,5մլ. և ՊՇՌ փորձանոթներ 0,2մլ. (ԴՆԹ/ՌՆԹազներից զերծ)					1	դիտողական	
20.1.24	Շտատիվներ փորձանոթների համար(1,5մլ, 0,2մլ)					1	դիտողական	

20.1.25	Անհատական պաշտպանիչ միջոցներ (խալաթ, ձեռնոցներ, շնչադիմակներ, գլխարկ)					1	դիտողական	
20.1.26	Անձեռոցիկներ ՊՇՌ բոքսում ախտահանման համար					1	դիտողական	
20.1.27	Ախտահանիչ միջոցներ (70% սպիրտ)					1	դիտողական	
20.2	ԱՄՊԼԻՖԻԿԱՑԻԱՅԻ ԳՈՏԻ							
20.2.1	ՊՇՌ ամպլիֆիկատոր՝ ռոտորային կամ թասիկային (plate), համակարգչին միացված					1	դիտողական	
20.2.2	Համակարգիչ					1		
20.3	ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՅՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.52:					փաստաթղթային	
20.4	Բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ՝ համապատասխան մասնագիտական («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգելման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» կամ «լաբորատոր գենետիկ» կամ «կենսաբանություն» կամ «անասնաբուժություն» մասնագիտացմամբ) կրթությամբ կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.52: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
20.5	Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.52:				3	փաստաթղթային	

	կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18						
21	Ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.15						
21.1.1	Ավագ բուժաշխատողի կաբինետ					0,5	դիտողական	
21.1.2	Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն՝ կետ 8.2.					5	դիտողական	
22	ԱՎԱԳ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂԻ ԿԱԲԻՆԵՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ					0.25		
22.1.1	Աշխատանքային սեղան					2	դիտողական	
22.1.2	Աթոռներ					0.25	դիտողական	
22.1.3	Բժշկական քննության բազմոց (թախտ)					0.25	դիտողական	
22.1.4	Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան					1	դիտողական	
22.1.5	Բժշկական կշեռք, հասակաչափի (մեծերի)						դիտողական	
22.1.6	Էլեկտրասրտագրի ապարատ					3	դիտողական	
22.2	Ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ կաբինետը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.15						
22.3	Միջին բուժաշխատող կամ ավագ բուժաշխատող-սրտաբան կամ ավագ բուժաշխատող-թերապևտ կամ ընտանեկան ավագ բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.15: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				4	փաստաթղթային	
23	ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՏԻՈՆԱԼ ԱՆՏՈՐՈՇԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.15.1						
23.1	սարքավորումներ եվ բժշկական գործիքներ							

23.1.1	Էլեկտրաստացրի ապարատ					2	դիտողական	
23.1.2	Անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու					1	դիտողական	
23.2	ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ							
23.2.1	Միջին բուժաշխատող կամ ավագ բուժաշխատող-սրտաբան կամ ավագ բուժաշխատող-թերապևտ կամ ընտանեկան ավագ բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.15: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
24	ՈՒՆՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱՆՏՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՔԻՆԵՏՈՒՄ ԱՌԿԱ ԵՆ ՀԵՏԱՅԱԼ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ և ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.16						
24.1	ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ՝					0,25	դիտողական	
24.1.1	Ավագ բուժաշխատողի կաբինետ					5	դիտողական	
	սարքավորումներ և բժշկական գործիքներ							
24.1.2	Աշխատանքային սեղան					0.5	դիտողական	
24.1.3	Աթոռներ					0.25	դիտողական	
24.1.4	Բժշկական քննության բազմոց (թախտ)					1	դիտողական	
24.1.5	Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան					1	դիտողական	
24.1.6	Բժշկական կշեռք, հասակաչափի (մեծերի)					1	դիտողական	
24.1.7	Ուլտրաձայնային հետազոտման ապարատ					3	դիտողական	
24"2	ուլտրաձայնային ախտորոշման կաբինետը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.16						
24"3	Ավագ բուժաշխատող-ուլտրաձայնային ախտորոշման (սոնոգրաֆիայի)՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.16: Կառավարության 2002 թվականի					փաստաթղթային	

		հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18						
24"4	2. Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.16: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
25	ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.16.1						
25"1	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ							
25"1.1	Ուլտրաձայնային հետազոտման շարժական սարք					3	դիտողական	
25"1.2	Անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու					1	դիտողական	
25"1.3	3. Ախտահանիչ միջոցներ					1	դիտողական	
25"1.4	Շարժական ուլտրաձայնային ծառայությունը հազեցած է կադրերով							
25"2	Ավագ բուժաշխատող՝ ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.16.1: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
25.3	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.16.1: Կառավարության 2002 թվականի				3	փաստաթղթային	

		հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18						
26	Ճառագայթային ախտորոշման /ռենտգենաբանական/ կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.17.1						
26.1.1	Նեգատոսկոպ					0,5	դիտողական	
26.2.2	Ռենտգենաբանական ապարատ					5	դիտողական	
26.2.3	Պաշտպանիչ թիկնոց					5	դիտողական	
26.2.4	Գրպանի դոզիմետրեր՝ աշխատողների համար					5	դիտողական	
27	Ճառագայթային ախտորոշման /ռենտգենաբանական/ կաբինետը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.17.1						
27"1	Ավագ բուժաշխատող- ռենտգենաբանական ախտորոշման՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.17.1: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
27.2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.17.1: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
28	Ճառագայթային ախտորոշման /ֆյուորոգրաֆիկ/ կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.17.2						
28.1"1	Նեգատոսկոպ					2	դիտողական	
28.1"2	Ֆյուորոգրաֆիկ ապարատ					5	դիտողական	
28.1"3	Պաշտպանիչ թիկնոց					5	դիտողական	
28.1"4	Գրպանի դոզիմետրեր՝ աշխատողների համար					5	դիտողական	

28.2	Ճառագայթային ախտորոշման /ֆյուորոգրաֆիկ/ կաբինետը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.17.2						
28.3	Ավագ բուժաշխատող- ռենտգենաբանական ախտորոշման՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայություն	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.17.2: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
28.4	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.17.2: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
29	ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.17.1.1						
29.1.1	Ավտոմեքենա՝ ռենտգենաբանական ապարատի առկայությամբ կամ շարժական ռենտգենաբանական ապարատ					3	դիտողական	
29.1.2	Պաշտպանիչ շարժական և անհատական միջոցներ					3	դիտողական	
29.1.3	Անհատական դոզիմետրեր՝ աշխատողների համար					1	դիտողական	
29.1.4	Նեգատոսկոպ					2	դիտողական	
29.1.5	Անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու					1	դիտողական	
29.1.6	Ախտահանիչ միջոցներ					1	դիտողական	
29.1.7	Շարժական ռենտգեն ծառայությունը հագեցած է կադրերով							
29.2	Ավագ բուժաշխատող՝ ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.17.1.1: Կառավարության 2002 թվականի				5	փաստաթղթային	

	օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի և ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեության լիցենզիայի առկայությամբ:	հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18						
29.3	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.17.1.1: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
30	ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՖԼՅՈՒՌՈՂՐԱՖԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.17.1.2						
30.1.1	Ավտոմեքենա՝ ֆյուրոգրաֆիկ ապարատի առկայությամբ					3	դիտողական	
30.1"2	Պաշտպանիչ շարժական և անհատական միջոցներ					2	դիտողական	
30.1"3	Անհատական դոզիմետրեր՝ աշխատողների համար					1	դիտողական	
30.1"4	Էկրան՝ ֆյուրոգրաֆիկները նայելու համար					2	դիտողական	
30.1"5	Անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու					1	դիտողական	
30.1.6	Ախտահանիչ միջոցներ					1	դիտողական	
30.2	Շարժական ֆյուրոգրաֆիկ ծառայությունը հագեցած է կադրերով	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.17.1.2						
30.3	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.17.1.2:				3	փաստաթղթային	

		Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18						
31	Մամոզրաֆիկ ախտորոշման կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 10						
31.1	Մամոզրաֆ					5	դիտողական	
31.2	Մամոզրաֆիկ ախտորոշման կաբինետը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 10						
31.2.1	Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայություն	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 10: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
31.2.2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 10: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
31.3	ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՄԱՄՈԳՐԱՖԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 10.1						
31.3.1	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ							
31.3.2	Ավտոմեքենա՝ մամոզրաֆի առկայությամբ					3	դիտողական	
31.3.3	Անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու					1	դիտողական	
31.3.4	Ախտահանիչ միջոցներ					1	դիտողական	
31.4	ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 10.1:						

31.5	Ավագ բուժաշխատող՝ ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեության լիցենզիայի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 10.1: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
31.6	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 10.1: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
32	Համակարգչային-տոմոգրաֆիկ ախտորոշման կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 11						
32.1	Համակարգչային տոմոգրաֆ					5	դիտողական	
32.2	Համակարգչային-տոմոգրաֆիկ ախտորոշման կաբինետը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 11						
32.2.1	Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետբուժական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայություն	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 11: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
32"2"2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում,				3	փաստաթղթային	

		հավելված N 1, կետ 11: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18						
33	Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ ախտորոշման կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 12						
33.1	Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ					5	դիտողական	
33"2	Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ ախտորոշման կաբինետը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 12						
33.2.1	Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայություն	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 12: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
33.2.2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 12: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
34	Դենսիտոմետրիայի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 12.1						
34.1	Դենսիտոմետր					5	դիտողական	
34.2	Դենսիտոմետրիայի կաբինետը հագեցած է կադրերով	Հ Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1 , կետ 12.1						
34"3	Ավագ բուժաշխատող՝ ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 12.1: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	

34"4	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 12.1: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԱՆՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ								
35	Բիրոքիմիական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 34.1						
35.1.1	Նոտոէլեկտրակալորիմետր					1	դիտողական	
35.1.2	Թերմոստատ					1	դիտողական	
35.1.3	Ցենտրիֆուգա					1	դիտողական	
35.1.4	Չորացնող պահարան					1	դիտողական	
35.1.5	Կշեռք՝ անալիտիկ					1	դիտողական	
35.1.6	Սառնարան					1	դիտողական	
35.1.7	Զրային բաղնիք					1	դիտողական	
35.1.8	Ռեֆրակտոմետր					1	դիտողական	
35.1.9	Փորձանոթներ՝ տարբեր չափերի					1	դիտողական	
35"1.10	Կոլբաներ					0,25	դիտողական	
35.1.11	Չափիչ գլաններ					0,25	դիտողական	
35.1.12	Պիպետներ					0,25	դիտողական	
35.1.13	Զերմաչափեր					0,5	դիտողական	
35.1.14	Թորման սարք					1	դիտողական	
35.1.15	Շտատիվներ					0,25	դիտողական	
35.1.16	Լաբ. ժամացույց և վայրկյանաչափ					0,5	դիտողական	
35.1.17	Գրասեղան, աթոռներ					1	դիտողական	
35.1.18	Լվացման սեղան և լվացարաններ					0,25	դիտողական	
35.1.19	Լաբորատոր սեղաններ					0,25	դիտողական	
35.1.20	Քարշիչ պահարան					0,25	դիտողական	
35.1.21	Լաբորատոր սպասքի պահարաններ					0,5	դիտողական	
35.1.22	Բժշկական պահարան					1	դիտողական	
35.1.23	Դեղորայքի պահարան					4	դիտողական	
35.1.24	Լաբորատոր սեղաններ					1	դիտողական	

35.1.25	Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն					3	դիտողական	
35"2	Բիոքիմիական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 34.1						
35.3	Համապատասխան ավագ բուժաշխատող-մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 34.1: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
35"4	Միջին բուժաշխատողներ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 34.1: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
36	Սերոլոգիական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 34.2						
36.1.1	Թերմոստատ					2	դիտողական	
36.1.2	Ցենտրիֆուգա					2	դիտողական	
36.1.3	Սառնարան					3	դիտողական	
36.1.4	Զրային բաղնիք					2	դիտողական	
36.1.5	Փորձանոթներ					0,5	դիտողական	
36.1.6	Կոլբաներ					0,25	դիտողական	
36.1.7	Պիպետներ					0,25	դիտողական	
36.1.8	Շտատիվներ					0,25	դիտողական	
36.1.9	Լաբորատոր ժամացույց					0,25	դիտողական	
36.1.10	Բաժակներ՝ քիմիական					0,25	դիտողական	

36.1.11	Սերոլոգիական ավիսներ և պլանշետներ					0,5	դիտողական	
36.1.12	Գրասեղան, աթոռներ					0,5	դիտողական	
36.1.13	Լաբորատոր պահարաններ					1	դիտողական	
36.1.14	Բժշկական պահարան					0,25	դիտողական	
36.1.15	Լաբորատոր սեղաններ						դիտողական	
36"2	Սերոլոգիական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 34.2						
36"3	Համապատասխան ավագ բուժաշխատող-մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 34.2: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
36"4	Միջին բուժաշխատողներ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 34.2: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
37	Կլինիկական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 34.4						
37.1.1	Ֆոտոէլեկտրակոլորիմետր					1	դիտողական	
37.1.2	Թերմոստատ					1	դիտողական	
37.1.3	Ցենտրիֆուգա					2	դիտողական	
37.1.4	Հեմատոկրիտի ցենտրիֆուգա					2	դիտողական	
37.1.5	Չորացնող պահարան					1	դիտողական	
37.1.6	Միկրոսկոպ					2	դիտողական	
37.1.7	Սառնարան					3	դիտողական	

37.1.8	Զրային բաղնիք					2	դիտողական	
37.1.9	Ռեֆրակտոմետր					1	դիտողական	
37"1.10	Փորձանոթներ					0,25	դիտողական	
37.1.11	Կոլբաներ					0,25	դիտողական	
37.1.12	Չափիչ գլաններ					0,25	դիտողական	
37.1.13	Պիպետներ					0,25	դիտողական	
37.1.14	Լաբորատոր հաշվիչ					1	դիտողական	
37.1.15	Պանչկովի ապարատ					1	դիտողական	
37.1.16	Շտատիվներ					0,25	դիտողական	
37.1.17	Լաբորատոր ժամացույց և վայրկյանաչափ					0,5	դիտողական	
37.1.18	Առարկայական և ծածկապակիներ					0,5	դիտողական	
37.1.19	Գորյայնի կամերա					1	դիտողական	
37.1.20	Տորսիոն կշեռք					0,5	դիտողական	
37.1.21	Ուռոմետր					0,5	դիտողական	
37.1.22	Գրասեղան, աթոռներ					2	դիտողական	
37.1.23	Լվացման սեղան և լվացարաններ					0,5	դիտողական	
37.1.24	Լաբորատոր և բժշկական պահարաններ					0,5	դիտողական	
37.1.25	Քաշիչ պահարան					0,25	դիտողական	
37.1.26	Լաբորատոր սեղաններ						դիտողական	
37"2	Կլինիկական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 34.4						
37"3	Համապատասխան ավագ բուժաշխատող-մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 34.4: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	

37"4	Միջին բուժաշխատողներ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 34.4: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
38	Բջջաբանական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 34.5						
38.1"1	Ցենտրիֆուգա					2	դիտողական	
38.1.2	Պրեպարատները ներկելու ավտոմատ սարք					1	դիտողական	
38.1.3	Բինոկուլյար միկրոսկոպ					2	դիտողական	
38.1.4	Լանցետներ					0,5	դիտողական	
38.1.5	Պինցետներ					0,25	դիտողական	
38.1.6	Շպատելներ					0,25	դիտողական	
38.1.7	Առարկայական ապակիներ					0,25	դիտողական	
38.1.8	Ծածկապակիներ					0,25	դիտողական	
38.1.9	Պիպետկաններ					0,25	դիտողական	
38.1.10	Պետրիի թասեր					0,5	դիտողական	
38.1.11	Լաբորատոր սեղաններ և աթոռներ					0,25	դիտողական	
38.1.12	Լաբորատոր պահարաններ					0,25	դիտողական	
38.1.13	Քարշիչ պահարան					0,25	դիտողական	
38"2	Բջջաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 34.5						
38"3	Համապատասխան ավագ բուժաշխատող-մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 34.5: Կառավարության 2002 թվականի				5	փաստաթղթային	

	թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ	հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18						
38.4	Միջին բուժաշխատողներ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 34.5: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
39	Բժշկական գենետիկայի լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 34.6						
39"1	Ցենտրիֆուգա					2	դիտողական	
39.1.2	Պրեպարատները ներկելու ավտոմատ սարք					1	դիտողական	
39.1.3	Բինոկուլյար միկրոսկոպ					2	դիտողական	
39.1.4	Լանցետներ					0,5	դիտողական	
39.1.5	Պինցետներ					0,5	դիտողական	
39.1.6	Շպատելներ					0,25	դիտողական	
39.1.7	Առարկայական ապակիներ					0,25	դիտողական	
39.1.8	Ծածկապակիներ					0,25	դիտողական	
39.1.9	Պիպետկաններ					0,25	դիտողական	
39"1.10	Պետրիի թասեր					0,5	դիտողական	
39.1.11	Լաբորատոր սեղաններ և պթոններ					0,25	դիտողական	
39.1.12	Լաբորատոր պահարաններ					0,5	դիտողական	
39.1.13	Քարշիչ պահարան					0,25	դիտողական	
39"2	Բժշկական գենետիկայի լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 34.6.						
39"3	Ավագ բուժաշխատողներ - համապատասխան հետդիպլոմային	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում,				5	փաստաթղթային	

	կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ	հավելված N 1, կետ 34.6: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18						
39"4	Միջին բուժաշխատողներ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 34.6: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
40	Թունաբանական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 39						
40.1.1	Չորսխցիկավոր էլեկտրական ցենտրիֆուգ					2	դիտողական	
40.1.2	էլեկտրական թափահարիչ					1	դիտողական	
40.1.3	Գազահեղուկային քրոմատոգրաֆ					2	դիտողական	
40.1.4	Մարդու կենսահեղուկներում թմրամիջոցների իմունոքիմիական որոշման սարք					1	դիտողական	
40.1.5	Թմրամիջոցների շտապ անալիզի թեստեր					2	դիտողական	
40.1.6	Քրոմատոմասսպեկտրոմետր					2	դիտողական	
40.1.7	Չորացնող պահարան					1	դիտողական	
40.1.8	Սառնարան					3	դիտողական	
40.1.9	Ջրի թորման սարք					2	դիտողական	
40.1.10	Բժշկական պահարան					0.5	դիտողական	
40.1.11	Դեղորայքի պահարան					0.5	դիտողական	
40.1.12	Սեղաններ՝ ավագ բուժաշխատողի և բուժքրոջ համար					0.25	դիտողական	
40.1.13	Աթոռներ					0.25	դիտողական	
40"2	Թունաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 39						
40"3	Ավագ բուժաշխատողներ - համապատասխան հետդիպլոմային	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում,				5	փաստաթղթային	

	կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում	հավելված N 1, կետ 39: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18						
40"4	Միջին բուժաշխատողներ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 39: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
41	Հյուսվածքաբանական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 91						
41.1.1	Կենտրոնացված ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ					2	դիտողական	
41.1.2	Օդափոխության համակարգ					1	դիտողական	
41.1.3	Քարշիչ պահարան/ պահարաններ					1	դիտողական	
41.1.4	Չիրկիզվող պահարաններ, առնվազն 2					1	դիտողական	
41.1.5	Լաբորատոր գույք (քիմիական նյութերի, պարաֆինային բլոկերի և առարկայական ապակիների պահման պահարաններ)					1	դիտողական	
41.1.6	Կայունաջերմոց (թերմոստատ)					2	դիտողական	
41.1.7	Սառնարան					1	դիտողական	
41.1.8	Հյուսվածքների մշակման համակարգ (ավտոմատ կամ մանուալ)					2	դիտողական	
41.1.9	Հյուսվածքաբանական կասետների պարաֆինային լցոնման համակարգ՝ կանոնավորվող ջերմաստիճանային ռեժիմով					1	դիտողական	
41.1.10	Միկրոտոմ ՝ կտրվածքների պատրաստման համար					2	դիտողական	
41.1.11	Ջրային բաղնիք					2	դիտողական	
41.1.12	Տաքացնող սեղանիկ					3	դիտողական	
41.1.13	Առարկայական ապակիների ներկման ավտոմատ համակարգ կամ հատուկ այդ նպատակով արտադրված տարաներ՝					2	դիտողական	

	ամուր փակվող կափարիչներով և համապատասխան մետաղյա զամբյուղներով (30 կամ 60-տեղանոց)							
41.1.14	Ջրի թորման կամ դեփոնիզացնող ապարատ					2	դիտողական	
41.1.15	Մանրադիտակ					2	դիտողական	
41.1.16	Մանրէասպան լամպ					2	դիտողական	
41.1.17	pH-մետր					2	դիտողական	
41.1.18	Կշեռք՝ լաբորատոր					2	դիտողական	
41.1.19	Լաբորատոր տարաներ, գործիքներ (պլաստմասսայե կասետներ, փորձանոթներ, դանակներ, պինցետներ, քանոններ, զոնդեր)					2	դիտողական	
41.1.20	Անհատական պաշտպանության միջոցներ (խալաթներ, բախիլներ, դիմակներ, գլխարկներ, ձեռնոցներ և այլ անհրաժեշտ անհատական պաշտպանության միջոցներ)					1	դիտողական	
41.1.21	Անջրաթափանց խալաթներ և գոգնոցներ, կենցաղային ձեռնոցներ					1	դիտողական	
41.1.22	Ախտահանող նյութեր՝ քլորամին, քլորակիր և/կամ այլ					1	դիտողական	
41.1.23	Համակարգիչ					1	դիտողական	
41.1.24	Բուժանձնակազմի համար նախատեսված կահույք					1	դիտողական	
41"2	Հյուսվածքաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 91						
41"3	Ավագ բուժաշխատող՝ հյուսվածքաբան կամ ախտաբանաանատոմ կամ ախտաբանական անատոմիա և կլինիկական մորֆոլոգիա մասնագիտացմամբ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 91: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	

	դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ							
41"4	Միջին բուժաշխատողներ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 91: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
42	Թունաբանական ախտորոշման բժշկական օգնության և սպասարկման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 93						
42.1.1	Խրոմատոմասս սպեկտրոմետր					2	դիտողական	
42.1.2	Գազահեղուկային խրոմատոգրաֆ					2	դիտողական	
42.1.3	Բարձր էֆեկտիվության հեղուկ խրոմատոգրաֆ					2	դիտողական	
42.1.4	Կլինիկական սաքսիմիական լաբորատորիային անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծախսվող նյութեր					2	դիտողական	
42.2	Թունաբանական ախտորոշման բժշկական օգնության և սպասարկման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 93						
42"3	Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 93: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
42"4	Կլինիկական քիմիայի ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 93: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	

42"5	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 93: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
43	92.3.ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 92.3						
43.1	ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ.					2		
43.1.1	Յուրաքանչյուր աշխատանքային սենք ապահովվում է ջրամատակարարման (տաք և սառը հոսող ջրով լվացարան), անխափան էլեկտրական սնուցման աղբյուրներով, ջեռուցման և հակահրդեհային համակարգերով:						դիտողական	
43.1.2	Սույն բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը կազմակերպվում է շարժական փոխադրամիջոց-լաբորատորիայում, եթե առկա է փոխադրամիջոցի արտադրողի հրահանգ և համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթ:					2	դիտողական	
43.2	<u>ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ</u>					2	դիտողական	
43.2.1	Մանրադիտակ					2	դիտողական	
43.2.2	Մակաբուժաբանական հետազոտություններին անհրաժեշտ սարքավորումներ (Բերմանի ապարատ, տրիխինելոսկոպ)					1	դիտողական	
43.2.3	PH -մետր					1	դիտողական	
43.2.4	Թերմոստատ (ինկուբատոր)					3	դիտողական	

43.2.5	Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ					2	դիտողական	
43.2.6	Ավտոմատ կաթոցիչներ իրենց ծայրակալներով (կոմպլեկտ)					2	դիտողական	
43.2.7	Ավտոմատ կաթոցիչների շտատիվ					1	դիտողական	
43.2.8	Ջրի թորման սարք					2	դիտողական	
43.2.9	Արեոմետր (սարք լուծույթների տեսակարար կշիռը որոշելու համար)					1	դիտողական	
43.2.10	Ցենտրիֆուգ					1	դիտողական	
43.2.11	Քարշիչ պահարան					1	դիտողական	
43.2.12	Էլեկտրական սալիկ					1	դիտողական	
43.2.13	Սառնարան					1	դիտողական	
43.2.14	Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն և ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ)					2	դիտողական	
43.2.15	Իմունաֆերմենտային վերլուծիչ (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)					2	դիտողական	
43.2.16	Լվացող սարք (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)					2	դիտողական	
43.2.17	Ավտոմատ կաթոցիկներ տարբեր ծավալների (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)					2	դիտողական	
43.2.18	Աղբարկղեր՝ կենսաբանական և կենցաղային թափոնների					2	դիտողական	
43.2.19	Կենսաբանական թափվածքների մաքրման հավաքածու					2	դիտողական	
43.2.20	Կենսաբանական թափոնի հեռացման պոլիէթիլենային տոպրակներ					2	դիտողական	
43.2.21	Հերմետիկ փակվող/զմրսվող բեռնարկղեր					2	դիտողական	

43.2.22	Ախտահանիչ նյութեր և լուծույթներ, մաքրման համար նախատեսված և մակնշված գույք և պարագաներ					2	դիտողական	
43.2.23	Բժշկական, սենյակային և սառնարանի ջերմաչափեր					1	դիտողական	
43.3	ԿԱՌԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 92.3						
43.4	Ավագ բուժաշխատող-մակաբուժաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ՝ համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգելման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» կամ «կենսաբանություն» կամ «մակաբուժաբանություն» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 92.3: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
43"5	Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 92.3: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	

44	Իմունոլոգիական ախտորոշման բժշկական օգնության և սպասարկման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 95						
44.1	Տրինոկուլյար ֆյուորեսցենտային մանրադիտակ					1	դիտողական	
44.1.2	Ցիտոֆլորիմետր (հոսքային)					1	դիտողական	
44.1.3	Իմունաֆերմենտային վերլուծիչ					1	դիտողական	
44.1.4	Ավտոմատ կաթոցիկներ (հավաքածու)					1	դիտողական	
44.1.5	Ջրի թորման սարք					1	դիտողական	
44.1.6	Դեփոնիզացնող սարք					1	դիտողական	
44.1.7	Սառնարան					1	դիտողական	
44.1.8	Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն, ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, ծածկապակիներ, առարկայական ապակիներ, չափամաններ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոց և այլն)					1	դիտողական	
45	Իմունոլոգիական ախտորոշման բժշկական օգնության և սպասարկման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 95						
45.1	Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 95: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
45.2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 95: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
46	ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՆՐԵԱՐԱՆԱԿԱՆ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 92.1						

	ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՏԵՍԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ							
46.1	ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ.							
46.1.1	Ունենում է 2 մուտք՝ անձնակազմի և պացիենտների, որոնք առանձնացված են մյուս կառուցահատվածներից: Մնուցող միջավայրերի պատրաստման բաժինը (կամ սենյակը) և շոգեգոլորշային մանրէազերծման ,սենյակը (ավտոկլավարանը) տեղակայվում են հարևանությամբ (սնուցող միջավայրերը պատրաստի գնվելու դեպքում ավտոկլավարանի պահանջը պարտադիր չէ): Յուրաքանչյուր աշխատանքային սենք ապահովվում է ջրամատակարարման, անխափան էլեկտրական սնուցման աղբյուրներով, ջեռուցման և հակահրդեհային համակարգերով:					3	դիտողական	
46.2	ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ							
46.2.1	Շոգեգոլորշային մանրէազերծիչ (ավտոկլավ) 1 (վարակազերծման)					1	դիտողական	
46.2.2	Շոգեգոլորշային մանրէազերծիչ (ավտոկլավ) 2-րդ (մանրէազերծման)					1	դիտողական	
46.2.3	Չորածոյային մանրէազերծիչ (160-250 ՕՇեթե կիրառելի է)					1	դիտողական	
46.2.4	Ինկուբատոր թերմոստատ/ թերմոստատներ՝ ըստ հետազոտությունների տեսակներին ներկայացվող պահանջների (առնվազն 2 հատ, տարբեր ջերմաստիճանի)					1	դիտողական	
46.2.5	Մանրադիտակ					1	դիտողական	
46.2.6	Մանրէասպան լամպեր					1	դիտողական	
46.2.7	Կենսանվտանգության պահարան II դասի					1	դիտողական	
46.2.8	Զրի թորման սարք					1	դիտողական	

46.2.9	Սառնարան և սառցարան (առանձնացվում է նմուշների, ցանքերի և ռեագենտների համար)					1	դիտողական	
46.2.10	Կշեռք՝ լաբորատոր					1	դիտողական	
46.2.11	Ավտոմատ կաթոցիչներ իրենց ծայրակալներով (հավաքածու)					1	դիտողական	
46.2.12	Ավտոմատ կաթոցիչների շտատիվ (հաստատոցներ)					1	դիտողական	
46.2.13	Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն և ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, ծածկապակիներ, առարկայական ապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ)					1	դիտողական	
46.2.14	Ցենտրիֆուգեր, այդ թվում՝ նաև սառեցումով					1	դիտողական	
46.2.15	Ինկուբատոր թերմոստատ՝ CO2-ի մատակարարմամբ (կամ այլընտրանքային տարբերակ՝ անօդակյաց մանրէների աճեցման համար)					1	դիտողական	
46.2.16	Դենսիտոմետր (<ՄԴԿ-ի նկատմամբ զգայության որոշման համար) կամ Մակֆառլանդի ստանդարտ					1	դիտողական	
46.2.17	PH-մետր (եթե տեղում սնուցող միջավայր են պատրաստում)					1	դիտողական	
46.2.18	Աղբարկղեր՝ կենսաբանական և կենցաղային թափոնների					1	դիտողական	
46.2.19	Կենսաբանական թափվածքների մաքրման հավաքածու կամ անհրաժեշտ պարագաներ և ռեագենտներ					1	դիտողական	
46.2.20	Կենսաբանական թափոնների հեռացման համար տարաներ					1	դիտողական	
46.2.21	Ախտահանիչ նյութեր և լուծույթներ, մաքրման համար նախատեսված և մակնշված գույք և պարագաներ					1	դիտողական	
46.2.22	Բժշկական, սենյակային և սառնարանի ջերմաչափեր					1	դիտողական	

46.3	ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ							
46.3.1	Ավագ բուժաշխատող-մանրէաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ՝ համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգելման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 92.1: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
46.3.2	Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 92.1: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
47	ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 92.2						
47.1.1	Յուրաքանչյուր աշխատանքային սենք ապահովվում է ջրամատակարարման (տաք և սառը հոսող ջրով լվացարան),					2	դիտողական	

	անխափան էլեկտրական սնուցման աղբյուրներով, ջեռուցման և հակահրդեհային համակարգերով: Սույն բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը կարող է կազմակերպվել շարժական փոխադրամիջոց-լաբորատորիայում, եթե առկա է փոխադրամիջոցի արտադրողի հրահանգ և համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթ:							
47.2	ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ							
47.2.1	Կենսանվտանգության պահարան II դասի՝ վիրուսների հետ աշխատանքի համար					1	դիտողական	
47.2.2	Ինվերտացնող մանրադիտակ					1	դիտողական	
47.2.3	Ինկուբատոր					1	դիտողական	
47.2.4	Ինկուբատոր CO2-ի մատակարարմամբ					1	դիտողական	
47.2.5	Ջրի թորման սարք և/կամ դեիոնիզացնող սարք					1	դիտողական	
47.2.6	Սառնարան 2-8°C					1	դիտողական	
47.2.7	Սառցարաններ -20°C և -70°C					1	դիտողական	
47.2.8	Ցենտրիֆուգեր, այդ թվում՝ նաև սառեցումով					1	դիտողական	
47.2.9	Լաբորատոր կշեռք					1	դիտողական	
47.2.10	Հյուսվածքային կուլտուրաների բանկ (Դյուարի անոթ հեղուկ ազոտով)					1	դիտողական	
47.2.11	Իմունաֆերմենտային վերլուծիչ (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)					1	դիտողական	
47.2.12	Լվացող սարք (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)					1	դիտողական	
47.2.13	Ավտոմատ կաթոցիկներ տարբեր ծավալների (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)					1	դիտողական	

47.2.14	Սնուցող միջավայրեր՝ հյուսվածքային կուլտուրաների պահպանման համար					1	դիտողական	
47.2.15	Անհրաժեշտ լաբորատոր պարագաներ, ծախսվող նյութեր (հյուսվածքային կուլտուրաների փորձանոթներ, հյուսվածքային կուլտուրաների մատրասներ, տարբեր ծավալների միանգամյա օգտագործման շճաբանական կաթոցիկներ, շտատիվներ)					1	դիտողական	
47.2.16	Աղբարկղեր՝ կենսաբանական և կենցաղային թափոնների					1	դիտողական	
47.2.17	Կենսաբանական թափվածքների մաքրման հավաքածու					1	դիտողական	
47.2.18	Կենսաբանական թափոնի հեռացման պոլիէթիլենային տոպրակներ					1	դիտողական	
47.2.19	Հերմետիկ փակվող/զմրսվող բեռնարկղեր					1	դիտողական	
47.2.20	Ախտահանիչ նյութեր և լուծույթներ, մաքրման համար նախատեսված և մակնշված գույք և պարագաներ					1	դիտողական	
47.3	<u>ԿԱՂՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ</u>							
47.3.1	Ավագ բուժաշխատող-վիրուսաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ՝ համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգելման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» կամ «վիրուսաբանություն» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 92.2: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	

	զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:							
47.3.2	Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 92.2: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
48	Համակարգչային-տոմոգրաֆիկ ախտորոշման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 88						
48.1	Համակարգչային տոմոգրաֆ					4	դիտողական	
49	Համակարգչային-տոմոգրաֆիկ ախտորոշման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.							
49.1	Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 88: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
49.2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 88: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
50	Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ ախտորոշման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 89						
50.1	Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ					4	դիտողական	

51	Մագնիսառեզոնանսային տոնոգրաֆիկ ախտորոշման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 89						
51.1	Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 89: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
51.2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 89: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
52	Դենսիտոմետրիայի ախտորոշման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 89.1						
52.1	Դենսիտոմետր					4	դիտողական	
53	Դենսիտոմետրիայի ախտորոշման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 89.1						
53.1	Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 89.1: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
53.2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 89.1: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	

54	Մամոզրաֆիկ ախտորոշման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 90						
54.1	Մամոզրաֆ					5	դիտողական	
55	Մամոզրաֆիկ ախտորոշման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 90						
55.1	Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 90: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
55.2	Միջին բուժաշխատող	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 90: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				3	փաստաթղթային	
55.3	Ռադիացիոն անվտանգության բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 35						
55.3.1	Անհատական ֆոտոհսկման հավաքածու՝ բետա, գամմա ճառագայթավորման և ջերմային նեյտրոնների դոզաների որոշման համար					3	դիտողական	
55.3.2	Թերմոլումինեսցենտային անհատական դոզաչափերի հավաքածու					3	դիտողական	
55.3.3	Անհատական վթարային դոզաչափերի հավաքածու					3	դիտողական	
55.3.4	Ռենտգենյան ու գամմա-ճառագայթավորման հզորության էքսպոզիցիոն դոզաների բարձր ճշգրտության չափիչներ					3	դիտողական	

55.3.5	Դոզիմետրեր՝ գամմաճառագայթավորման հզորության չափման հզոր ռադիոիզոտոպային սարքավորում					3	դիտողական	
55.3.6	Սցինտիլյացիոն գամմա դոզիմետրներ կամ ռադիոմետրներ					3	դիտողական	
55.3.7	Դոզիմետրեր՝ օդում և ջրում կերմի չափման համար					2	դիտողական	
55.3.8	Կլինիկական դոզաչափեր՝ իոնացնող խցիկներով					2	դիտողական	
55.3.9	Ռենտգենյան խողովակներից դուրս եկող դոզաների հզորության որոշման դոզիմետրեր					2	դիտողական	
55.3.10	Ռենտգենյան խողովակներ բարձր լարվածության և պահպանման ժամանակի չափիչներ՝ ստացիոնար, մոբիլ, դենտալ և մամոգրաֆիկ սարքավորումների համար					2	դիտողական	
55.3.11	Ֆոտոլաբորատորիա					2	դիտողական	
55.3.12	Դենսիտոմետր					2	դիտողական	
55.3.13	Սենսիտոմետր					2	դիտողական	
55.3.14	Թերմոմետր (սպիրտային, սնդիկային)					1	դիտողական	
55.3.15	Թվային բարոմետր					1	դիտողական	
55.3.16	Բժշկական պահարաններ					0,5	դիտողական	
55.4	Ռադիացիոն անվտանգության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 35						
55.5	Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 35: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	

55.6	Միջին բուժաշխատողներ՝ դոզաչափող, ռենտգեն-լաբորանտ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 35: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				1	փաստաթղթային	
56	ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ							
56.1	Ռադիոիզոտոպային ախտորոշման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 36						
56.1.1	Գամմա-խցիկ՝ կոմպյուտերային ապահովմամբ					3	դիտողական	
56.1.2	Էմիսիոնային կոմպյուտերային տոմոգրաֆ՝ կոմպյուտերային ապահովման հավաքածուով					3	դիտողական	
56.1.3	Դոզկալիբրատոր					3	դիտողական	
56.1.4	Դոզիմետր՝ աշխատատեղում դոզայի հզորության չափման համար					3	դիտողական	
56.1.5	Դոզիմետր՝ աղտոտված մակերեսների որոշման համար					3	դիտողական	
56.1.6	Գամմա-հաշվիչ՝ ռադիոիզոնային հետազոտությունների համար					3	դիտողական	
56.1.7	Բետտա-հաշվիչ՝ ռադիոիզոնային հետազոտությունների համար					3	դիտողական	
56.1.8	Ռադիոգրաֆ՝ ֆունկցիոնալ հետազոտությունների համար					3	դիտողական	
56.1.9	Վելոերգոմետր					2	դիտողական	
56.2	Էլեկտրակարդիոգրաֆ					2	դիտողական	
56.2.1	Տարողություններ՝ ռադիոակտիվ մնացորդների պահպանման համար					2	դիտողական	
56.2.2	Տարողություններ՝ հատուկ հագուստի պահպանման համար					2	դիտողական	

56.2.3	Ցենտրիֆուգ					2	դիտողական	
56.2.4	Կապարե արկղ՝ տեղափոխման համար					2	դիտողական	
56.2.5	Կապարե զոզնոց					2	դիտողական	
56.2.6	Պաշտպանիչ ձեռնոցներ					2	դիտողական	
56.2.7	Խալաթներ՝ մեկանգամյա օգտագործման համար					2	դիտողական	
56.2.8	Բժշկական խալաթներ					1	դիտողական	
56.2.9	Հատուկ հագուստներ					2	դիտողական	
56.2.10	Բախիլներ					1	դիտողական	
56.2.11	Դեմքի պաշտպանիչ դիմակ					2	դիտողական	
56.2.12	Ներարկիչներ (2-20մ)					2	դիտողական	
56.2.13	Վիրաբուժական ձեռնոցներ					1	դիտողական	
56.3	Ռադիոիզոտոպային ախտորոշման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 36						
56.4	Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 36: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				5	փաստաթղթային	
56.5	Միջին բուժաշխատող (ռադիոլոգիայի կամ ճառագայթային ախտորոշման գծով վերապատրաստված)	Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 36: Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման Հավելված N 5 կետ 18				1	փաստաթղթային	

Ծանոթություններ*

«*» Կլինիկական (կետ 7), կենսաքիմիական (բիոքիմիական) (կետ 9), շճաբանական (սերոլոգիական) (կետ13), իմունաբանական (կետ11) լաբորատորիաները կարող են տեղակայված լինել միևնույն սենքում՝ առանձին աշխատատեղերով, համապատասխան սարքավորումներով և գործիքային հագեցվածությամբ: Այդ լաբորատորիաների սարքավորումներն ու գործիքները, որոնք տեխնիկական հագեցվածությունում կրկնվում են, կարող են միևնույն սենքում կիրառվել մեկ օրինակով:

«**» Մանրէաբանական (կետ 1.49), մակաբուծաբանական (կետ 1.51), վիրուսաբանական (կետ 1.50) լաբորատորիաները գործունեության իրականացման միևնույն հասցեում տեղակայված լինելու դեպքում՝ այդ լաբորատորիաների սարքավորումներն ու գործիքները, որոնք տեխնիկական հագեցվածության պահանջներում կրկնվում են (թորման սարք, դեխոնիզացնող սարք, pH-մետր, թերմոստատ, արեոմետր, իմունաֆերմենտային վերլուծիչ), կարող են կիրառվել մեկ օրինակով և շահագործվել՝ ապահովելով աշխատանքի և/կամ կենսանվտանգության պահանջների կատարումը: Նույն լաբորատորիաներում առկա՝ «շարժական» (ոչ ստացիոնար) բնութագրով սարքերը (մանրէասպան լամպ, ջերմաչափ, կշեռք (ոչ անալիտիկ) կարող են տեղափոխվել և շահագործվել տարբեր սենքերում՝ պատշաճ ավտահանումից հետո՝ ևս կարող են կիրառվել մեկ օրինակով: Նշված լաբորատորիաներում սարքերի լրակազմի պահանջը կարելի է կրճատել՝ ելնելով տվյալ տեսակի հետազոտությունը չիրականացնելու փաստից:

«***» Բջջաբանական (կետ 15) և հյուսվածքաբանական (կետ 17) լաբորատորիաները կարող են տեղակայված լինել միևնույն սենքում՝ առանձին աշխատատեղերով, համապատասխան սարքավորումներով և գործիքային հագեցվածությամբ: Այդ լաբորատորիաների սարքավորումներն ու գործիքները, որոնք տեխնիկական հագեցվածությունում կրկնվում են, կարող են միևնույն սենքում կիրառվել մեկ օրինակով:

«****» Այցելուների սանհանգույցը պարտադիր է միայն մեզի և կղանքի նմուշներ ընդունող և հետազոտող լաբորատորիաների համար

«*****» Կենսանվտանգության պահարան II դասի (քանակն ըստ հետազոտական սենյակների), *ԱՀԿ դասակարգման 1-2 խմբի ավտամատչման մանրէների հետ աշխատանքի դեպքում ԿԱՊ չի պարտադրվում (WHO Laboratory biosafety manual)՝ բացառությամբ ալերոգոլների առաջացման հավանականությամբ գործողությունների

Նշում 1*

ԱՌԱՋԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԱՆՀԵՏԱԶԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՈՎ

1. Բժշկական լարան
2. Ասեղնաբռնիչ
3. Ասեղներ
4. Վիրակապական թելեր
5. Սկալպելի բռնակ
6. Ունեխներ
7. Մկրատ
8. Սկալպել
9. Ստերիլ բինտ
10. Հիգրոսկոպիկ բամբակ

11. Հակաշոկային պրեպարատներ:

Նշում 2*

Սույն գործողությունը չի տարածվում լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտությունների արդյունքների տվյալները գեներացնող ժամանակակից լաբորատոր-ախտորոշիչ սարքերով հագեցված լաբորատոր-ախտորոշիչ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների նկատմամբ:

Նշում 3*

ՊՇՌ մեթոդը կարող է կիրառվել բժշկական հաստատության կողմից՝ բժշկական օգնության և սպասարկման լաբորատոր-ախտորոշիչ կամ վիրուսաբանական, կամ մանրէաբանական, կամ մակաբուժաբանական, կամ գենետիկական տեսակներով լիցենզիայի առկայության դեպքում:

Նշում 4*

ՊՇՌ մեթոդի կիրառմամբ՝ լաբորատորիայի կառուցվածքի ու կահավորման վերոնշյալ պահանջները վերաբերում են նաև հիվանդանոցային՝ լաբորատորախտորոշիչ՝ վիրուսաբանական, մանրէաբանական, մակաբուժաբանական, գենետիկական տեսակներին:

1.	«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	✓	
2.	«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		✓
3.	«Զ/Պ»-չի պահանջվում		✓

Ստուգաթերթը պատրաստվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 1996 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-42 օրենք:
2. Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում:
3. Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 76-Ն հրաման:
4. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում:

Տեսչական մարմնի ծառայող _____
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող _____ »:
(ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ