

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2026 թվականի
հուլիսի 2-ի N 950-Ն որոշման

«Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
Ստուգաթերթ**

**ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ՏԳՏԴ-ի C26, C33, D35, M71, G46, G47, 86, E36 ծածկագրեր)**

_____ 20 թ.

_____	_____	_____
(տեսչական մարմնի անվանումը)	(գտնվելու վայրը)	(հեռախոսահամարը)
<input type="text"/>	_____	_____
Անձնական կողմ (պաշտոնը)	(անունը, ազգանունը, հայրանունը)	
<input type="text"/>	_____	_____
Անձնական կողմ (պաշտոնը)	(անունը, ազգանունը, հայրանունը)	
<input type="text"/>	_____	_____
Անձնական կողմ (պաշտոնը)	(անունը, ազգանունը, հայրանունը)	
Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ) _____ 20 թ.	ավարտը _____ 20 թ.	

_____	<input type="text"/>
տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)	(ՀՎՀՀ)
_____	_____
_____	_____
(պետոեգիստրի համարը)	(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)
_____	_____
տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)	(հեռախոսահամարը)
_____	_____
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)	(հեռախոսահամարը)
Ստուգման հրամանի ամսաթիվը _____ 20 թ.	համարը _____

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր
ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՄՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

NN ը/կ	Հարցը	Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը	Ստուգման անցկացման մեթոդը	Կշիռը	Մեկնաբա- նություններ	Պատասխան		
						այո	ոչ	չ/այ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Արդյո՞ք օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա շահագործվող չափման միջոցի տեսակը հաստատված է, այդ չափման միջոցը ստուգաչափված է:	«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 9.1-ին հոդվածի 1-ին մաս, 9.2-րդ հոդվածի 1-ին մաս	փաստաթղթային, տեսազննում	13.0				
2.	Արդյո՞ք ստուգաչափման դրոշմը վնասված չէ:	Օրենքի 9.2-րդ հոդվածի 6-րդ մաս	տեսազննում	10.0				
3.	Արդյո՞ք չեն շուկայահանվել կամ չեն շահագործվում չափման միջոցներ, որոնք թեև տեսակը հաստատված և ստուգաչափված են, սակայն չեն համապատասխանում չափագիտական կանոններին և նորմերին:	Օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ	աշխատանքային չափանմուշի կիրառում	18.0				
4.	Արդյո՞ք տրված կարգադրագրի պահանջները սահմանված ժամկետում պահպանվել են և (կամ) առանց տեսչական մարմնի գրավոր համաձայնեցման չափագիտական վերահսկողություն իրականացնող ծառայողի կողմից դրված կապարակնիքը (դրոշմը) վնասված կամ հանված չէ:	Օրենքի 24-րդ հոդվածի 4.1-ին մաս	տեսազննում	7.0				
5.	Արդյո՞ք արտադրանքը շուկայահանվել է միայն չափման միջոցի տեսակի հաստատման և առաջնային ստուգաչափման վերաբերյալ փաստաթղթերը ստանալուց հետո:	ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 29-ի N 60-Ն որոշման N 2 հավելվածի 6-րդ կետ	փաստաթղթային	2.0				

1 «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	v	
2 «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		v
3 «Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում		v

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունվարի 29-ի N 60-Ն որոշում:

Ստուգաթերթը լրացրին՝

տեսչական մարմնի ծառայող	_____	_____
տեսչական մարմնի ծառայող	(ստորագրությունը)	(անունը, ազգանունը)
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար	_____	_____
	(ստորագրությունը)	(անունը, ազգանունը)

_____ 20 թ. »:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ